



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2724
İstem Tarihi : 02/01/2019
Bölüm Adı : Teknik Servis Stoğu

Döküm Tarihi : 02/01/2019 14:15:00

Malzeme Kodu : J06-066328
Malzeme Adı : IŞIK KAYNAĞI KABLOSU (FİBER OPTİK).

FİBER OPTİK IŞIK KABLOSU ALIMI TEKNİK ŞARTNAME

- İstekli öncelikle istenilen kablo ile ilgili Biyomedikal biriminden bilgi alacaktır.
- İstenilen fiber optik kablo tüm laparoskopik görüntüleme sistemlerinde kullanılabilir özellikte olacaktır.
- Fiber optik kablo ışık kaynağı ve laparoskopik cihaz bağlantı kısımları güçlendirilmiş özellikte olacaktır.
- Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
- İstenilen fiber optik kablo sipariş yazısına müteakiben 30 gün içerisinde Biyomedikal Birimine teslim edilecektir.

| | | |
|---|---|------------------|
|  Kaan KOÇ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknisyeni | HAZIRLAYANLAR  Murat DOĞAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Tıbbi Cihaz Birimi Biyomedikal Teknisyeni | ONAYLAYAN |
|---|---|------------------|

Teknik Personel Tahsin YILDIRIM

Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi



T.C
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

TEKNİK ŞARTNAME LİSTESİ

İstem No : 2765
İstem Tarihi : 3/01/2019
Bölüm Adı : Biyomedikal Stoğu

Döküm Tarihi : 3/01/2019 10:37:00

Malzeme Kodu : J06-067818
Malzeme Adı : SPO2 SATÜRASYON PROBU VE ARA KABLOSU(HASTABAŞI MONİT.İÇİN).

HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU

ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstekliler tarafından teklif edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu Mindray marka PM8000 model hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
- Saturasyon probu ara kablosu, prob ucu ile beraber takım olacaktır.
- En az 3 (üç) metre uzunluğunda olacaktır ($\pm\%10$).
- Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürüne ait numune getirmek zorundadır.
- Değerlendirme teslim edilen numuneler üzerinden yapılacaktır.
- Numune teslim etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Teslim edilecek saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu orijinali veya muadili olacaktır.
- Yüklenici saturasyon probu ara kablosunu ve prob ucunu depoya teslim edilmeden önce, saturasyon probu ara kablosu ve prob ucunun orijinal veya muadili olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Birimine verecektir.
- Saturasyon probu ara kablosu ve prob ucu ikinci el olmayacak, kutulu ve ambalajlı sıfır ürün olacaktır.

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Ömer UYURCA
Tekniker

Harun BEYTUL LAHOĞLU
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Tıbbi Cihaz Birimi
Biyomedikal Teknikeri

Teknik Personel Nur TAŞKIRANOĞLU
Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi