

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ

Sut Kodu: GR1134

Sipariş Kodu: S-013181

STENT, VASKÜLER, PERİFERİK, BALONA YÜKLENMEMİŞ

1. Kalıcı implantasyon için kullanılmak üzere tasarlanmış, kendiliğinden genişleyen bir Nitinol stent sistemidir.
2. Kendiliğinden genişleyen stent, bir nikel titanyum alaşımından(Nitinol) üretilmiştir
3. Tüm gaplar 5F, introducer sheath ile uyumludur.
4. Stent OTW olmalı ve 0,889 mm (0,035") tel ile gelişmektedir.
5. Stent, Nitinol tüpten kesilmiş bir açık kafes tasarımıdadır ve stentim proksimal ve distal uçlarında tantal radyoopak işaretler bulunmaktadır
6. Yerleştirme sırasında kullanım kolaylığı sağlamak için iç mil, içeri çekilebilir, dış kılıf ve ayırma kılıfından oluşan bir üç eksenli kılıf tasarımına sahiptir. Ergonomik yerleştirme kolunun çıkarılabilir bir güvenlik kilidi, yerleştirme tekerleği ve luer birleşme yeri vardır.
7. Stent gapları 5, 6, 7 ve 8 mm'dir.
8. Stent uzunlukları 20, 40, 60, 80,100, 120, 150mm'dir.
9. Stent kateterinin Uc kısmı Damara Zarar Vermeyecek Sekilde Atravmatik Olmalıdır.
10. Stent 80cm , 120cm ve 150 Cm kateter Boylarıyla Sahiptir.
11. Stentler Tekli Steril Ambalajlarında Olmalı Ve Uzerlerinde Son Kullanım Tarihleri Olmalıdır.

PROF. DR. ERHAN TILGİT
T.C. Sağlık Bakanlığı
Gaziantep Üniversitesi
Radyoloji A.B.D. Başkanı
Diploma No: 7548

Dr. Erhan Tilgıt
Radyoloji
Gazi Hastanesi
Gazi Üni Hastanesi
Konya Alkım Hastanesi
Dip. Tes. No: 103031