

BİSTÜRÜ UCU NO : 10-11-12-15-20 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Paket iki katlı olmalı; birinci kat bistürünün paketi kesmesine engelleyecek kalınlıkta alüminyum folya olmalı. İkinci kat ; alüminyum paketin içinde bistürünün çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.
2. Paket üzerinde ; bistürü numarası, bistürünün şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE uygunluk işareti, üretici firmanın amblemi, açık adres, üretim yeri, UBB barkodu ve markası okunaklı olarak bulunmalıdır.
3. Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarının uçları açıkken kolaylık sağlaması için yapışık olmalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır.
4. Bistürü paketi açılırken; kolay açılmalı, yırtılmamalıdır.
5. Bistürü kağıdı açılırken içteki kağıtla birlikte açılmalıdır.
6. Bistürünün kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.
7. İç paket bistürüye yapışık olmamalı, bistürü steril sahaya kolay düşmelidir.
8. Bistürü karbon çelikten (125 CR1 özel çelik) üretilmiş olmalı, polisajı pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.
9. Sertlikleri en az 62 HRC olmalıdır.
10. Paket üzerindeki marka ismi, bistürü çeliği üzerinde de yazılı olmalıdır.
11. Bistürü, bistürü sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkarılabilmeli, kullanırken yuvasına iyi oturmalı ve oynamamalıdır.
12. Bistürü doku keserken kırılmamalıdır.
13. Bistürü dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir.
14. Bistürü ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı, parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.
15. Teker teker steril paketlerde bulunmalıdır.
16. 100 (yüz) adetlik jelatinli karton kutularda verilmelidir.
17. CE belgesine sahip olmalıdır.
18. Bistürü ölçüleri standart kullanılan ölçülerle uyumlu olmalıdır.
19. Depo teslimi sırasında raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır.
20. Firmalar alım esnasında her numara bistürü için en az 10 (on) adet numune getirmelidir. Numunelere paslanmaz ve keskinlik testi yapılacaktır.
21. Her bir malzemenin üzerinde UBB barkodu mevcut olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip. No: 7716-Dip. Tes. No: 806

Prof. Dr. Ömer KURTIPEK
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7061
Dip. Tescil No: 45474