

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 57470

Döküm Tarihi : 17.11.2016

İstem Tarihi : 17.11.2016 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Çocuk Norolojisi Polikliniğinde POLİSOMNOGRAFI için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067341	FLOW SENSÖR (UYKU CİHAZI İÇİN)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 39715

FLOW(AKIŞ) SENSORÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen flow sensör Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen flow sensör soketi EEG giriş kutusuna uyumlu olacaktır.
3. Teklif edilen flow sensör 2.7 x 2cm ebadında olacaktır.
4. Teklif edilen flow sensörünün uzunluğu 2m olacaktır.
5. Kablo kullanılacak cihazın Orijinal firması tarafından onaylanmış ürün olacaktır.
6. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 57474 Döküm Tarihi : 17.11.2016
İstem Tarihi : 17.11.2016 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Çocuk Nöroloji Polikliniği Polisomnografi Biriminde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067344	CHEST (GÖĞÜS) SENSÖRÜ (UYKU TAKİP CİHAZI İÇİN)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 39716

CHEST(GÖĞÜS) SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen chest sensör Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen chest sensör soketi EEG giriş kutusuna uyumlu olacaktır.
3. Teklif edilen chest sensör konnektörü 1.5mm, kırmızı ve siyah olarak renk kodlu olacaktır.
4. Teklif edilen chest sensörünün uzunluğu 2.3m olacaktır.
5. Kablo, kullanılacak cihazın Orijinal firması tarafından onaylanmış ürün olacaktır.
6. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 57477 Döküm Tarihi : 17.11.2016
İstem Tarihi : 17.11.2016 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Çocuk Nörolojisi Polikliniği Polisomnografi Biriminde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067345	ABDOMEN (KARIN) SENSÖRÜ (UYKU TAKİP CİHAZI İÇİN)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 39718

ABDOMEN(KARIN) SENSÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen abdomen sensör Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen abdomen sensör soketi EEG giriş kutusuna uyumlu olacaktır.
3. Teklif edilen abdomen sensör konnektörü 1.5mm, kırmızı ve siyah olarak renk kodlu olacaktır.
4. Teklif edilen abdomen sensörünün uzunluğu 2.3m olacaktır.
5. Kablo, kullanılacak cihazın Orijinal firması tarafından onaylanmış ürün olacaktır.
6. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Fatih AKBAL
TC Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 57476 Döküm Tarihi : 17.11.2016
İstem Tarihi : 17.11.2016 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Çocuk Norolojisi Polikliniğinde POLİSOMNOGRAFI için gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067343	SOLUNUM KEMERİ (UYKU TAKİP CİHAZI İÇİN)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 39717

SOLUNUM KEMERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen solunum kemeri Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen solunum kemerinin ebadı M, genişliği 4cm, boyu 60cm olacaktır.
3. Teklif edilen solunum kemerinin rengi mavi, bağlantı yeri kırmızı olacaktır.
4. Kablo, kullanılacak cihazın orijinal firması tarafından onaylanmış ürün olacaktır
5. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 57471 Döküm Tarihi : 17.11.2016
İstem Tarihi : 17.11.2016 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Çocuk Nöroloji Bölümü Polisomnografi Çocuk Biriminde kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067342	HORLAMA SENSÖRÜ (UYKU TAKİP CİHAZI İÇİN)	1.00	ADET

Şartname Kodu : 39713

HORLAMA SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen horlama sensörü Nihon Kohden Marka EEG-1200K model Uyku EEG cihazında kullanıma uygun olacaktır.
2. Teklif edilen horlama sensörü 2.5 X 10.cm ebadında olacaktır.
3. Teklif edilen horlama sensörünün kablo uzunluğu 2.0m, connectör girişi 1.5mm olacaktır.
4. Kablo, kullanılacak cihazın Orijinal firması tarafından onaylanmış ürün olacaktır.
5. Teklif veren firma teklifi ile birlikte tek yetkili satıcılık belgesi verecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri