

16.12.2016

010380- BONE (BAYAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yırtılmaya dayanıklı dokuma olmayan polipropilen materyalden yapılmış olmalıdır.
2. Kumaş kalınlığı en az 15 mg/ m² olmalıdır.
3. Kullanılan materyal tüysüz olmalı, ameliyat bölgesine lif, tüy dökülmemelidir.
4. Saçlı deriden dökülebilecek partikül ve nemi tutmalı hava geçirgenliğini sağlamalıdır.
5. Bonenin başı çevreleyen kısmı lastikle overlok dikilmiş olmalı, lastik uzunluğu açıldığında en az 100 cm olmalıdır.
6. Bone lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, esnetildiğinde birleşme yerlerinden ayrılmamalı kopmamalıdır.
7. Bone kullanıldığında lastik kısım ciltte iz bırakmamalıdır.
8. Bonede yırtık, delik, dikiş aralığı bulunmamalı, uzun saçlı içinde taşınmalı ve yırtılmamalıdır.
9. Cildi tahriş etmemelidir.
10. Akordeon gibi katlanmış, iki tarafından toplanmış dikiş stilinde olmamalı yuvarlak şekilde olmalıdır.
11. Renk yeşil olmalıdır.
12. Bone çapı en az 50 cm olmalıdır.
13. Her kutunun üzerinde birebir barkodu olmalıdır.
14. Alıma bölüm tarafından, numune değerlendirilmesi sonucunda karar verilecektir.

Prof. Dr. İsmet KURBANCI
T.C. G.U. T.F. Gazzi Hastanesi
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7081
Dip. Tesci No: 48474

Doç. Dr. Mustafa ARSLAN
T.C. Gazzi Üniversitesi
Gazzi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tes.No: 8030