



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40473  
Düzenleme Tarihi : 30.01.2017

KOD : J01-015130 /  
MALZEME ADI : TERMAL KAĞIT.

ŞARTNAME

1. Termal kağıtlar MORTARA marka ELI 280 model EKG Cihazı ile uyumlu olmalıdır.
2. Termal kağıtlar Z katlamalı yapıda en az 200 yaprak olmalıdır.
3. Termal kağıt boyutu 210x300 mm ebatında olmalıdır.
4. Termal kağıtlar kaliteli yapıda EKG transelerini net bir şekilde gösterecek ve EKG kayıtlarını 5 yıl boyunca saklayabilecek özellikte olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Sergi Gençer  
*[Signature]*

ONAYLAYAN

Hasan Arhan  
*[Signature]*  
Hesab. Müd.  
Kard.