4 Adet Teleskop 30°, 4 mm, 18 cm

1. Teklif edilecek teleskop, aşağıdaki teknik özelliklere sahip olmalıdır;
2. İleri, oblik görüşlü ve geniş açılı olmalıdır.
3. 4 mm çapında 30 derece, açılı olmadır.
4. Uzunluğu 18 cm olmalıdır.
5. Fiber optik ışık transmisyonu bulunmalıdır.
6. Otoklavlanabilir özellikte olmalıdır.

4 Adet Yüksek Akışlı Artroskopi Kılıfı (6mm) çift musluklu

1. Teklif edilen artroskopi kılıfı yüksek akışlı olmalıdır.
2. Çapı 6 mm ve çalışma uzunluğu 13.5 cm olmalıdır.
3. İki adet döner musluklu olmalıdır.
4. 30°, 70° teleskoplarla birlikte kullanılabilmelidir.
5. Artroskop kilitleme mekanizması kolay kullanıma uygun snap-in yapıda olmalıdır.

4 Adet Künt Obturator

1. Künt uçlu olmalı ve teklif edilen artroskopi kılıfı ile birlikte kullanılabilmelidir.

4 Adet Teleskop için tel sterilizasyon ve saklama kabı

1. Tel sepet şeklinde olmalıdır.
2. 5mm 20cm lik teleskoplara kadar kullanıma uygun olmalıdır.
3. Sterilizasyon ve saklama için kullanılabilir özellikte olmalıdır.
4. Silikon teleskop tutucusu olmalıdır.

4 Adet Fiberoptik Işık Kablsou

- Çapı en az 3.5 mm, uzunluğu en az 230 cm olmalıdır.

- Isıya ekstra dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.

Prof.Dr. Ulunay KANATLI
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Dip. No: 93-01-000
Dip. Tes. No: 1962

Üz. Gör. Dr. M. Bayhan ATAOĞLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Ortopedi ve Travmatoloji
Diploma No: 13866 Dip. Tes. No 117129