

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58941
İstem Tarihi : 08.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.02.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-015454	TRANSPORE FLASTER.	200.00	ADET

Şartname Kodu : 25294

ŞEFFAF TRANSPORE BAND

1. Kuru ve ıslak cilde yapıştırılabilir.
2. Hipoallerjik olmalı
3. Eni 2 ile 3 santimetre arasında olmalı.
4. Uzunluğu en az 4 metre olmalı.
5. 'Transpore' özellikte olmalı.
6. Şeffaf (renksiz) olmalı.
- 7-Numune görülerek karar verilecektir.


Prof. Dr. Edip CENGİZ
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Göğ. No: 732


Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip No: 17510/20978/Dip. Tes. No: 34631

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58941
İstem Tarihi : 08.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.02.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-015538	ATILABİLİR YÜZEY ELEKTROTLARI	50.00	ADET

Şartname Kodu : 34347

J01-015538 Atılabilir Yüzey Kayıt Elektrodu

1. Gümüş/gümüş klorür önceden jeli bulunan tarzda olacak
2. Kendiliğinden en az 1 m uzunluğunda kablolu, TP konnektörü bulunacak veya kendiliğinden kablosu yoksa, 2 adet 5-kutuplu DIN girişi olan kablo temin edilecektir

Prof. Dr. BORA TOKÇAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Nöroloji
Dip No: 17510/20978 Dip. Tes. No: 34631

Prof. Dr. Ayşe BORA TOKÇAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip No: 17510/20978 Dip. Tes. No: 34631

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58941
İstem Tarihi : 08.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.02.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013935	İĞNE ELEKTRODU 25-50 MM	50.00	ADET
Şartname Kodu : 37560			

Atılabilir Monopolar İğne Elektrodu

1. TP konnektörü bulunan en az 1 m uzunluğunda kablosu olmalıdır
2. 45 mm uzunluğunda, 28 G çapında olmalıdır

Prof.Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip.No: 17510/20978 Dip.Tes.No: 34631

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58941
İstem Tarihi : 08.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.02.2017
Sayfa : 4

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013357	EEG PASTASI	50.00	ADET

Şartname Kodu : 37992

EEG Pastası

1. EEG pastası, elektrodlar ile cilt arasındaki kontak rezistansında ki konduktiviteyi arttıracak, EEG kaydında artefaktları engelleyecek özellikte olacaktır.
2. EEG pastasının, yüksek oda sıcaklığında ve ateşi olan hastalarda en iyi şekilde yapışma özelliği olacaktır.
3. EEG pastası, terlemeyle elektrodların cilt yüzeyinden ayrılmasını engelleyecek özellikte olacaktır.
4. EEG pastası kullanımdan sonra ayrıca temizleyici maddenin kullanılmasına ihtiyaç göstermeyecektir
5. Kullanımdan sonra elektrodlarda kalan pasta suyla kolay bir şekilde temizlenmesi gerekmektedir. Bu maksatla suda kolay çözünebilecektir.
6. Kokusuz, opak ve antialerjik özellikte olacaktır.
7. Pastaların bölümde kullanılan EEG cihazlarının orijinal firmasının üretimi olması tercih edilecektir.
8. Pastalar orijinal polietilen ambalajında ve bir adedi 400 gr olacaktır
9. -10 derece ile 40 derece çalışma aralığı olmalı
10. Son kullanım tarihine 8 aydan daha az kalan ürünler kabul edilmeyecektir


Prof. Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Dip No: 17510/20978 Dip. Tes. No: 34631