

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58924
İstem Tarihi : 07.02.2017 00:00:00
Açıklama : hastabaşı düşülen malzeme

Döküm Tarihi : 07.02.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRSRKL1
Bölüm Adı : BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014921	OR4410 SPONGOSTAN STANDART.	200.00	ADET

Şartname Kodu : 40568

EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır, vücut içinde bırakılabilmelidir
2. Genellikle 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalı, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşebilmelidir
3. Malzeme 70x50x10 mm boyutta olmalıdır
4. Ameliyat esnasında cerrahi alet ve eldivenlere yapışmamalıdır.
5. Paket üzerinden ürün sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır. Paketler sterilizasyon tekniğine uygun ve kolay açılabilir olmalıdır.
6. Ürün en az 12 ay raf ömrü ile teslim edilmelidir. Son 3 ay kala yeni ürünlerle değiştirilmelidir
7. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalıdır.

PROF.DR.GÖKHAN KURT

T.C.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ
Diploma No: 1704
Dip.Tescil No: 83449

Doç.Dr. Hakan EMMEZ

T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Dip. No: 2234