

1

KOD:010001 ABESLANG

1. Yüzeyi düzgün , pürüzsüz ve kaygan olmalıdır.
2. 50 veya 100 adetlik ambalajlı kutularda olmalıdır.
3. Ahşap malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
4. Uç kısımları oval olmalıdır.
5. Uygulama alanını tahriş etmemelidir.
6. Uygulama sırasında eğilmemeli ve kırılmamalıdır.
7. En az 15 cm uzunluğunda ve en az 1,8 cm eninde olmalıdır.
8. Kalınlığı 1,5 mm ile 2 mm arasında olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde üretici firma, ambalaj sayısı ve diğer bilgiler bulunmalıdır.
10. Tek tek hijyenik paketler içinde olmalıdır.
11. Disposable olmalıdır.

Dr. Dr. Fikret BİLİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HAYATİNESTİ  
Acil Tıp  
Dip. No: 8804A023  
Dip. Tes. No: 59830-51050

Dr. Dr. Fikret BİLİK  
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
GAZİ HAYATİNESTİ  
Acil Tıp  
Dip. No: 8804A023  
Dip. Tes. No: 59830-51050