

1

123

0.320.5

### DAMLA SAYICI SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Set "ml/h" olarak derecelendirilmiş ayar tekeri ve serumdan hastaya kadar serum hattından oluşmalıdır.
2. Ayar tekeri güvenlik açısından hastadan en az 60 cm uzakta ve kolay değiştirilemez olmalıdır.
3. İnfüzyonu kısa süreli durdurmak için klempli olmalıdır.
4. Ekstra enjeksiyonlar için setin ucunda silikon bölüm bulunmalıdır.
5. Rahat kullanım için serum hattı en az 150 cm olmalıdır.
6. Kontaminasyon riski ve hata payına karşı set komple kapalı sistem olmalı, ilave set gerektirmemelidir.
7. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot no, ürünün içeriği hakkındaki tüm bilgiler belirtilmelidir.
8. Uluslar arası Kalite Belgeleri ISO ve CE sertifikalarına sahip olmalı ve CE ambalaj üzerinde belirtilmelidir.
9. Alım numune denenererek, onay ile yapılacaktır.

GAZİ PAZARCI  
Gazi Üniversitesi  
Tıp Fakültesi  
Anesteziyoloji  
Uzmanı

Doç. Dr. Emre E. Dik  
Gazi Üniversitesi  
GAZİ PAZARCI  
Acil Tıp  
Dip. No: 8804 A023  
Dip. Tes. No: 59830-51030