

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59252
İstem Tarihi : 23.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.02.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01A463	OR1560 (PEG SETİ) PERKÜTAN BESLENME TÜPÜ VE GASTROSTOMİ KATETE	50.00	ADET

Şartname Kodu : 35181

PERKUTAN ENDOSKOPIK GASTROSTOMİ

(PEG) SET TÜP ŞARTNAMESİ

1. 40 cm uzunluğunda olmalıdır.
2. Tıbbi KARBOTAN yapısında olmalıdır.
3. Radyo-opak olmalıdır.
4. Mesafe çizgileri bulunmalıdır.
5. Hidromer kaplı uç içeren özel tüp den oluşmalıdır.
6. 18 frençlik sunum olmalıdır
7. Latex free olmalıdır
8. Pull (çekme) teknik ile takılma özelliğinde olmalıdır
9. Uzun dönem enteral beslenme uygulamalarında kullanılan.
10. İç sabitlem diski 3 yapraklı yonca şeklinde olmalıdır.
11. Her setle beraber 1 adet Y konnektör verilmelidir

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Gastroenteroloji Hastanesi
Doç. Dr. İbrahim Kemal ÖNAL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 104831

Doç. Dr. Mehmet İbiş
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
İç Hastalıkları - Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 92-885 / Dip. Tes. No: 71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59252
İstem Tarihi : 23.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.02.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014409	GS1160 ENDOSKOPIK POLİPEKTOMİ SNARE KATETERİ, OVAL 230 CM	50.00	ADET

Şartname Kodu : 40822

Endoskopik POLİBEKTOMİ (mukozektomi) Snare

1. Gastrointestinal sistemde, poliplerin yüzeysel erken tümörlerin elektrokoter cerrahi işlemler ile alınması, endoskopik mukoza reseksiyonu işlemlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır
2. Cihaz tek kullanım için olmalıdır
3. Cihaz en çok 2,3mm çapında olmalı ve 2,8 mm Endoskop çalışma kanalından kolayca geçebilmelidir.
4. Elektro Koter bağlantısı universal olmalı, değişik cihazlara adaptör ile kolaylıkla bağlanabilmelidir.
5. Kement kesme teli özel sertleştirilmiş tıbbi paslanmaz çelik malzemeden olmalı ve zor çalışma koşullarına dayanıklı olmalıdır.
6. Kement kesme teli, yüzeysel HF (Yüksek Frekans) Elektro koter kesme işleminde daha etkili olması için, kesme teli sarmal yapıda olmalıdır.
7. Burma kement kesme teli, düz yüzeylere daha iyi baskı yapabilmesi için. Çekme teli baskı oluşturacak şekilde kesme kemendine kaynatılmış olmalıdır.
8. Kement ölçüleri (15 x 30) , (20 x 40) , (30 X 60) mm olmalıdır
9. Cihaz, Elcik parçası-Kement Kılıfı ve kemendi ve çekme teli ile tek parça ve dayanıklı olmalıdır.
10. Kateter uzunluğu 230 cm olmalıdır.
11. Kateter orijinal ambalajında steril olarak paketlenmiş olmalıdır.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Koray ÖZALP
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tez No: 104831

Doç. Dr. Mehmet İBİŞ
T.C. Gazi Üniversitesi
İç Hastalıkları - Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 82-983 Dip. Tez No: 71571

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59252
İstem Tarihi : 23.02.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.02.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-01C628	GS1010 ARGON PLAZMA KOAGÜLASYON KATETERİ (RADIAL-LİNEER).	5.00	ADET

Şartname Kodu : 31299

Argon Plazma Koagülasyon Probu Önden Uygulamalı

- 1 Gastrointestinal sistemde, terapötik endoskopik işlemlerde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2 Cihaz ambalajı ve etiketi ilgili yönetmeliklere uygun olmalı ve cihaz ile ilgili tüm bilgileri içermelidir.
- 3 Endoskopi merkezimizde mevcut Erbe VIO 300D cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.
- 4 Gastrointestinal sistem kanamalarının tedavisinde kullanılabilir.
- 5 Önden ateşleme yapmalıdır.
- 6 Argon plazma koagülasyonu işleminde kullanılabilir.
- 7 Standart endoskopların ve kolonoskopların çalışma kanalından geçebilmeli ve yeterli uzunlukta (en az 220 cm) olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet İBİŞ
T.C. Gazî Üniversitesi
Gazî Hastanesi
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip.No: 92-856 No.Tec.No: 71571

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İHTİŞANESİ
Gastroenteroloji BD Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Koral OINAL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Teş. No: 92-856