

## şartnameler

### J01-013039 baş boyun desteği

1. Baş desteği; tüm cerrahi operasyonlarda hastanın baş, yüz, boyun ve kulaklarını destekleyecek tasarıma sahip olmalıdır.
2. Baş desteği; hasta konforunu sağlayacak yapıda jel ve hava odacıklarından üretilmiş olmalıdır.
3. Baş desteğinin dış yüzeyi zarar gördüğünde akmamalıdır.
4. Baş desteği X-ray geçirgen olmalıdır.
5. Baş desteği vücut ile temasında alerjik reaksiyona ve deride iritasyona sebebiyet vermemelidir.
6. Baş desteği; 200x75x45 mm ölçülerinde yetişkin boy olmalıdır.
7. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.
8. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

### J01-010236 baş boyun desteği pediatrik

1. Baş desteği; tüm cerrahi operasyonlarda hastanın baş, yüz, boyun ve kulaklarını destekleyecek tasarıma sahip olmalıdır.
2. Baş desteği; hasta konforunu sağlayacak yapıda jel ve hava odacıklarından üretilmiş olmalıdır.
3. Baş desteğinin dış yüzeyi zarar gördüğünde akmamalıdır.
4. Baş desteği X-ray geçirgen olmalıdır.
5. Baş desteği vücut ile temasında alerjik reaksiyona ve deride iritasyona sebebiyet vermemelidir.
6. Baş desteği; 140x60x35 mm ölçülerinde olmalıdır.

Doç. Dr. Bahri Aydın  
T.C.Ü. T.F. Hastalıkları  
Dip. No: 094 086  
Sicil No: 25424

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Güneş ÖZMEN  
T.C.Ü. T.F. Gazi Hastanesi  
Göz Hastalıkları  
Dip. No: 05.311.063

7. Üretici firma ISO 9001 ve ISO 13485 kalite yönetim sistemi belgelerine sahip olmalıdır.

8. Üretici firma ISO 14001 çevre yönetim sistemi belgesine sahip olmalıdır.

-- (J01-01B432) ARKA SEGMENT BOYASI

**(J01-01B432) ARKA SEGMENT BOYASI (ERM-ILM İKİLİ BOYA)**

Tek kullanımlık olmalıdır. ILM, epiretinal membran ve proliferatif vitreoretinopati membranlarını boyamak için üretilmiş olmalıdır. Steril tek ambalaj, en az 0,5 ml flakon veya enjektör içinde olmalıdır. Herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duyulmadan (sulandırmadan, hava ve sıvı desteğine ihtiyaç duyulmadan) kullanılabilir ve sıvı altında boyama yapılmalıdır (sudan ağır olmalı ve su ve benzeri solüsyonlarda (BSS gibi) aşağı çökmelidir). İçeriğinin en az %95 saflıkta olması vazgeçilmez bir üstünlüktür. Enjektörün ucunda güvenlik mekanizması ve plastikten üretilmiş güvenlik tapası olmalıdır

**GZ1185 GEÇİCİ KERATOPROTEZ (FAKİK GÖZLER İÇİN- 7MM ÇAPTA)**

Silikondan üretilmiş olmalıdır. Retina cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. Fakik gözler için üretilmiş olmalıdır. 7mm çapında olmalıdır. 1.6mm derinliğe sahip olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

**GZ1139 HORIZONTAL MAKAS (RETİNA)**

İsteğe göre 23G veya 25G olarak temin edilmelidir. Vitreoretinal cerrahi sırasında dokuları zedelemekten ayıracak keskinlikte olmalıdır. Elcik elden kaymayacak şekilde ve her yönde kuvvet uygulamaya imkan verecek özellikte olmalıdır. Disposable olmalıdır. Renk kodu olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır. Horizontal kesi yapabilmelidir

**GZ1139 VERTİKAL MAKAS (RETİNA)**

İsteğe göre 23G veya 25G kalınlıkta temin edilmelidir.

Vitreoretinal cerrahi sırasında dokuları zedelemekten ayıracak keskinlikte olmalıdır.

Vertikal kesi yapabilme özellikte olmalıdır.

Disposable olmalıdır.

Elcik elden kaymayacak ve her yönde kuvvet uygulamaya imkan verecek özellikte olmalıdır.


Ucu kısa olmalıdır. Renk kodu olmalıdır.

Numune denenerek alınacaktır.

**GZ1136 ILM FORCEPSİ 23G**

Teklif edilen ürün steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

- ILM soymak için üretilmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün Eckardt tipi olmalıdır.
- İsteğe göre 23 Gauge veya 25 Gauge temin edilmelidir.
- Renk kodu olmalıdır.
- Disposable olmalıdır.

  
Dr. Bahri Aydın  
Gazi Ü T C P Hastahıkları  
Dip. No: 00192-086  
Sicil No: 25424

  
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Cüneyt ÖZMEN  
T.C.G.Ü. F. Gazi Hastanesi  
Göz Has. Akları  
Dip. No: 05.311.063