

## CERRAHİ KÜÇÜK SPANÇ (X-RAYLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme açık cerrahilerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Malzemede kullanılan gazlı bez her bir m2 de en az 20 telden oluşmalıdır.
3. Malzemede kullanılan gazlı bezin katlanmamış hali **32x30 cm** olmalıdır.
4. Malzemenin katlanmış hali **16 kat 7,5x7,5 cm** olmalıdır.
5. X-Ray tipi gazlı beze boydan boya dokunmuş olmalıdır.
6. Spanç uygulama esnasında dokuda iplik parçaları ve partikül gibi döküntüler bırakmamalıdır.
7. Malzeme cerrahi katlama özelliklerine sahip olmalıdır. Makine katlama ise kesinlikle katlama yerlerinden iplikler sarkmayacak şekilde katlanmış olmalıdır.
8. Malzeme paketlerinin üzerinde raf ömrü, X-Ray, tel sayısı, katlanmış ebat, paket içi miktar, lot no, üretim-son kullanım tarihi ve imalatçı bilgileri olmalıdır.
9. Malzemede kullanılan gazlı bez emiş gücünün yüksek olabilmesi için % 100 pamuklu ve hidrofil olmalıdır.
10. Malzeme sterilizasyona uygun olmalıdır.
11. UBB kayıtlı, Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
12. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miadlı olmalıdır.
13. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değişeceğine ve miadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miatlı ürünlerle değişeceğine taahhüt vermelidir ve firma önce uzun miatlı ürünü teslim edecektir, sonra kurumdan yakın miadlıları teslim alacaktır.
14. Teklif veren firma 10 adet numune teslim etmelidir.

Poliklinik Müdürlüğü  
T.C. S.Ü. T.İ. Gazı Hastanesi  
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON  
Diyadinca No: 7081  
Dip. Tescil No: 663474

Doç.Dr. Mustafa AKSİT  
T.C. Gazı Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7716-Dip  
T.C. Gazı Hastanesi

## CERRAHİ KÜÇÜK SPANÇ (X-RAYLI) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme açık cerrahilerde kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Malzemede kullanılan gazlı bez her bir m2 de en az 20 telden oluşmalıdır.
3. Malzemede kullanılan gazlı bezin katlanmamış hali **32x30 cm** olmalıdır.
4. Malzemenin katlanmış hali **16 kat 7,5x7,5 cm** olmalıdır.
5. X-Ray tipi gazlı beze boydan boya dokunmuş olmalıdır.
6. Spanç uygulama esnasında dokuda iplik parçaları ve partikül gibi döküntüler bırakmamalıdır.
7. Malzeme cerrahi katlama özelliklerine sahip olmalıdır. Makine katlama ise kesinlikle katlama yerlerinden iplikler sarkmayacak şekilde katlanmış olmalıdır.
8. Malzeme paketlerinin üzerinde raf ömrü, X-Ray, tel sayısı, katlanmış ebat, paket içi miktar, lot no, üretim-son kullanım tarihi ve imalatçı bilgileri olmalıdır.
9. Malzemede kullanılan gazlı bez emiş gücünün yüksek olabilmesi için % 100 pamuklu ve hidrofıl olmalıdır.
10. Malzeme sterilizasyona uygun olmalıdır.
11. UBB kayıtlı, Sağlık Bakanlığında onaylı olmalıdır.
12. Ürün teslim edildiği tarihten itibaren en az üç yıl miadlı olmalıdır.
13. Firma gerektiğinde ürünü farklı boylarıyla değiştireceğine ve miadı yaklaşan ürünleri 3-6 ay kala uzun miatlı ürünlerle değiştireceğine taahhüt vermelidir ve firma önce uzun miatlı ürünü teslim edecektir, sonra kurumdan yakın miadlıları teslim alacaktır.
14. Teklif veren firma 10 adet numune teslim etmelidir.

Prof. Dr. Mustafa KUTUNPEK  
T.C. GÜT.T.F. Gazı Hastanesi  
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON  
Diploma No: 7051  
Dip. Tesci No: 46474

Doç. Dr. Mustafa KUTUNPEK  
T.C. Gazi Hastanesi  
Anesteziyoloji ve Reanimasyon  
Dip. No: 7116  
Dip. Tes. No: 46474