

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 58702  
İstem Tarihi : 25.01.2017 00:00:00  
Açıklama :

Döküm Tarihi : 27.02.2017  
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : CCERKL1  
Bölüm Adı : ÇOCUK CERRAHİSİ KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011275	ÖZAFAGİAL DİLATÖR GÜİDE WİRE SPRİNG TİP.	1.00	ADET
<b>Şartname Kodu : 22417</b>			

**SPRING TİP KILAVUZ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1.Kılavuz Tel Özofagus Buji Dilatörler ile birlikte kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
- 2.Kılavuz Tel özel olarak tasarlanmış Spring Tip yapıda olmalıdır.
- 3.Kılavuz Tel'in gövdesi Buji?ye gerekli desteği verecek sertlikte olmalıdır.
- 4.Kılavuz Tel'in distal kısmı gerekli flexibilit'e de ve yumuşak olmalıdır.
- 5.Kılavuz Tel'in distal ucu dokuya zarar vermeyecek şekilde tasarlanmış olmalı ve distal uçtaki yumuşak kısım uzunluğu 8 cm olmalıdır.m
- 6.Kılavuz Tel'in üzerinde radyopak derinlik marker?ları olmalıdır.
- 7.Kılavuz Tel Reusable (çok kullanımlık) olmalıdır.
- 8.Kılavuz Tel'in uzunluğu 210 cm olmalıdır.y

Prof.Dr. Zafer TÜRKYILMAZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi

Prof.Dr. Zafer TÜRKYILMAZ  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Çocuk Cerrahisi ve Çocuk Ürolojisi  
Dış No: 0010 Dış Tesis No: 00370