

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59333
İstem Tarihi : 28.02.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dermatoloji Ünitesinde kullanılan Fototerapi cihazının touch paneli arızalıdır. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.

Döküm Tarihi : 28.02.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7585	ULTRAVİYOLE CİHAZI TOUCH PANEL TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40874

WALDMANN UV 7002K CİHAZI TOUCH PANEL TAMİRİ ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Dermatoloji Bölümü Puva Ünitesinde kullanılan cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
4. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya varsa yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
5. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknisyeni