

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59335
İstem Tarihi : 28.02.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dermatoloji Ünitesinde kullanılan Fototerapi cihazlarının yıllık bakımı için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 28.02.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|--------------|---------------------------------|--------|--------|
| J06-062161 | FOTOTERAPİ LAMBASI 100W (PUVA). | 47.00 | ADET |

Şartname Kodu : 31145

FOTOTERAPİ LAMBASI 100 W (PUVA)

- A) Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, fototerapi ve fotokemoterapi laboratuvarında kurulu UV7001 modeli UVA lokal tedavisi için kullanılan cihazına uygun olmalıdır.
- B) UVA lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
- C) Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve cihaz içinde tedavide homojen ışın yapmalıdır.
- D) Değişik spektrumlarda üretilmiş lambaların tedaviyi ve minimal eritem dozu tespit süresini uzattığı, hastaya verilen fotosensitizör ilacın boşa harcandığı ve hastane maliyetini arttırdığı bilindiğinden özel medikal lamba olmalıdır.
- E) Tekliflerde minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
- F) Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.
- G) Teklif verecek firmalar montaj ve kalibrasyonu yaparak lambaları teslim edeceklerdir.
- H) Her lamba için ayrı ayrı ateşleyici starteride verilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59335
İstem Tarihi : 28.02.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dermatoloji Ünitesinde kullanılan Fototerapi cihazlarının yıllık bakımı için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 28.02.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|------------------------------|---|--------|--------|
| J06-062160 | FOTOTERAPİ LAMBASI(ÖZEL BEYAZ) (120 W TL 01). | 42.00 | ADET |
| Şartname Kodu : 31143 | | | |

FOTOTERAPİ LAMBASI (ÖZEL BEYAZ)(120 W TL 01)

- A) Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, fototerapi ve fotokemoterapi laboratuvarında kurulu UV7002 modeli monoterapi-fototerapi cihazına uygun olmalıdır.
- B) Darbant UVB lambaları UV7002 modeli cihaz üzerindeki Darbant UVB sensörleri ile kalibre edilmiş lambalar olmalıdır.
- C) Darbant UVB lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
- D) Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve kabin içinde tedavide homojen ışımaya yapmalıdır.
- E) Değişik spektrumlarda üretilmiş lambaların hatalı tedaviye sebep olduklarında ve yan tesirleri görüldüğünden, hastaları korumak için ve hastaya verilen fotosensitizör ilacın boşa harcanmasını önlemek için üretilmiş medikal lamba olmalıdır.
- F) Lambaların ekonomik ömrü uzun olanı tercih edilecektir.
- G) Tekliflerde minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
- H) Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.
- I) Teklif verecek firmalar montaj ve kalibrasyonu yaparak lambaları teslim edecektir.
- J) Her lamba için ayrı ayrı ateşleyici starteride verilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Biyomedikal Teknikeri

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59335
İstem Tarihi : 28.02.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dermatoloji Ünitesinde kullanılan Fototerapi cihazlarının yıllık bakımı için gerekmektedir.

Döküm Tarihi : 28.02.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|----------------------|---|--------|--------|
| J06-012795 | FOTOTERAPİ LAMBASI(ÖZEL BEYAZ) (100 W TL 10 R). | 44.00 | ADET |
| Şartname Kodu | : 31144 | | |

FOTOTERAPİ LAMBASI (ÖZEL BEYAZ) 100 W TL 10 R)

- A) Hastanemiz Deri ve Zührevi Hastalıklar Kliniği, fototerapi ve fotokemoterapi laboratuvarında kurulu Medisun markalı fototerapi cihazına uygun olmalıdır.
- B) UV-A1 lambaları Medisun marka kabin üzerindeki UV-A1 sensörleri ile kalibre edilmiş lambalar olmalıdır.
- C) UV-A1 lambaları medikal tedavi amaçlı olarak üretilmiş ve seçilmiş olmalıdır.
- D) Lambaların çıkış spektrumları eşit olmalı ve kabin içinde tedavide homojen ışımaya yapmalıdır.
- E) Lambaların ekonomik ömrü uzun olanı tercih edilecektir.
- F) Tekliflerde minimum lamba ömrü belirtilmelidir.
- G) Çatlak, hasar veya kararma olmayan lambalar teslim edilmelidir.
- H) Teklif verecek firmalar montaj ve kalibrasyonu yaparak lambaları teslim edeceklerdir.
- I) Her lamba için ayrı ayrı ateşleyici starteride verilecektir

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Fototerapi Teknikeri