



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

D.2.

Şartname Numarası : 28862

Düzenleme Tarihi : 23.02.2017

KOD : J01-01A552 /

MALZEME ADI : NON STERİL PUDRALI MUAYENE ELDİVENİ NO:7,5 (MEDIUM).

NON STERİL CERRAHİ ELDİVEN (S-M-L) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Malzeme lateks ham maddeden üretilmiş olmalı,hipoalerjenik özellikte olmalıdır.
2. Yumuşak yapısı ve yüksek elastikiyeti olmalı ve giyerken yırtılmamalı,sağ ve sol el farkı olmadan her iki elde de rahatça kullanılabilir olmalıdır.
3. Kıvrılmış konç ucu, eldivenin kaymasını engelleyerek, uzun süreli kullanıma imkan vermelidir.
- 4.Eldiven az pudralı olup boya içermemeli, hassasiyet ve korunma gerektiren işlerde rahatlıkla kullanılabilmelidir.
5. Kullanıcı ve hastanın her ikisini de çapraz kontaminasyondan yeterli derecede korumak amacıyla imal edilmiş olmalıdır.
- 6.Müdahale için cilde dokunulduğunda cilt hissedilebilmeli, sıvı geçirgenliği olmamalı, kan teması halinde viral ve bakteriyel bulaşmayı engellemelidir.
7. Eldivenler küçük, orta, büyük (small, medium, large) boylarda, tıbbi muayene yapılmasını ve kirli tıbbi materyallerin tutulmasını sağlayacak şekilde anatomik olarak imal edilmiş olmalıdır.
8. Eldivenler yırtık - delik olmamalı, eldivenlerin yüzeyinde kullanımı negatif etkileyecek çatlak-kabarcık ve lekeler bulunmamalıdır.
9. Eldivenler yırtılmaya müsait ekli üretim olmayıp kontaminasyonuna izin vermemek amacıyla yekpare üretilmiş olmalıdır.
- 10.Eldivenler boylarına göre farklı renklerdeki ambalajlarda olmalı, kutu üzerinde boyuta ait ibareler rahat görülebilir olmalı ve kutu içerisinden tek tek alınmasına imkan sağlayan delik baskılı bölüm olmalıdır.
- 11.Eldivenler 50 - 100 adetlik ambalajlarda paketlenmiş olmalı ve depo teslim tarihinden itibaren en az iki yıl miadlı olmalıdır.
- 12.Ambalaj üzerinde ürünün markası ,lot numarası, sonkullanma tarihi, sahip olduğu kalite ve güvenlik işaretleri anlaşılır şekilde yazılı olmalıdır.
- 13 .Yerli üretim eldivenler Sağlık Bakanlığından ruhsatlı ve TSE imalat yeterlilik belgesine haiz olmalıdır. İthal eldivenler ise Uluslar arası Standartlardan (CE, ISO veya eşdeğeri) en az birini içermelidir.
- 14.İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemeye ait Ulusal Bilgi Bankası firma/ Bayi tanımlayıcı koda sahip olmalıdır.
- 15.İhaleye katılan firmalar teklif ettikleri malzemedden her boy için en az bir kutu numune teslim etmelidir ve nihai karar numunelerin değerlendirilmesi sonucu verilecektir.

HAZIRLAYANLAR

NEHİR YEŞİLDAĞ
T.C. Gazi Üniversitesi
Sağlık Hastanesi
Acil Sorumlu Hemşiresi

Doç.Dr. Fikret BİL DİK
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
GAZİ HASTANESİ
Acil Tıp
Dip. No: 88044023
Dip. Tes. No: 59830-51050

ONAYLAYAN

74-75-76

(7+)

KEMOTERAPİ EL DİVENİ SMALL - MEDIUM - LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kemoterapi ilaçlarının hazırlanmasında kullanılmak üzere özel yapıda olup geçirgenlik özelliği olmamalıdır.
- 2- Kemoterapi ilaçlarından korunma amaçlı olup ,kullanımı rahat ve güvenli olmalı,ilaç hazırlayan kişinin cildine zarar vermemelidir.
- 3- Parmak uç kısımları kavramayı kolaylaştıracak şekilde pütürlü olup ilaç flakonlarını tutarken rahatlık sağlamalıdır.
- 4- Parmakta iki kat kalınlık0.80mm,avuç içinde iki kat kalınlık 0.60 mm olmalıdır.
- 5- Non-steril olmalı,pudra içermemelidir.
- 6- Eldiven bileği gömlek manşetini örtecek uzunlukta olmalıdır.
- 7- Giyimi kolay ve eli terletmeyecek özellikte olmalıdır.
- 8- Delik,yırtık veya herhangi bir defosu olmamalıdır.
- 9- Kimyasal geçirmezlik testi yapılmış olmalı ve standartlara uygun olmalıdır.
- 10- TSE EN455-1/2/3 VE ASTM D-3578'e uygun olmalı,bu husus kutuların üzerinde yazılı olmalıdır. Bu husus muayene aşamasında belgelendirilmelidir.
- 11- PPE(personel protection equipment)kişisel koruma ekipmanı86/686/ECC Belgesine sahip olmalıdır.
- 12- Eldivenin hipoalerjik protein seviyesi 50mgr/gr veya 50mgr/gr dan düşük olmalıdır.bu husus kutu üzerinde yazılı olmalıdır.
- 13- EldivenlerEN420+AI,EN374-2-3,EN388 ve EN455-1-2,2009+A1:2011 uluslararası standartlarına uygun olmalı ve belgelendirilmelidir.


Firdavs GÜL
Ayaktan Kemoterapi Ünitesi
Sorumlu Hemşire


Meliha KAYMAK
T.C. Gazî Üniwersitesi
Gazî Hastanesi
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü