



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 29607  
Düzenleme Tarihi : 28.02.2017

KOD : S-010580 /  
MALZEME ADI : ÜROSTOMİ TORBASI (3/L)

TEK PARÇA ÜROSTOMİ TORBASI ŞARTNAMESİ

? Torbaların cilde temas eden, yapışan kısmı peristomal cildi koruyucu özelliktehidrokolloidiçeren materyalden yapılmış olmalıdır.

? Torbaların vücuda yapışan hidrokollolid kısmı (Stomahesive) jelatin (%20) pektin (%20) sodyum karboksimetilselüloz (%20) ve Polyisobutylene (%40) den imal edilmiş olmalı böylece vücutta yara, kaşıntı, alerji oluşumuna meydan vermemeli, oluşan tahrişleri iyileştirici özelliğe sahip olmalıdır.

? Torbanın cilde yapışan stomahesive kısmı, ürostomiden kaynaklı tahriş edici sekresyonların vücuda temasına engel olacak yoğunlukta olmalı böylece torba hiçbir sorunla karşılaşmaksızın ve hiçbir yan ürün gerektirmeden (yapıştırıcı, koruyucu, temizleyici gibi) kullanılabilmelidir.

? Torba içinde idrarın geri kaçmasını önleyici valf sistemi olmalıdır.

? Torbalar koku geçirmeyen 5 katlı film tabakasından üretilmiş olmalıdır.

? Torbaların kemer takılabilecek bağlantı yerleri olmalıdır.

? Torbalar alttan boşaltılabilir olmalı ve şeffaf formda olmalı.

? Torbanın alttan boşaltılan yumuşak yapıda musluğu olmalı ve idrar tortuları musluğu tıkamamalıdır.

? Torba kutularının içinde gece idrar drenaj sistemine bağlanabilir konektör olmalıdır.

? 45-55 mm kesilebilir formda olmalı.

? Numune görülmelidir.

HAZIRLAYANLAR

Prof.Dr. Mustafa KARAOĞLAN  
T.C. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
ÜROLOJİ  
Diploma No: 4268  
Dip. Tescil. No: 25623

ONAYLAYAN

Prof.Dr. İsmail HAYAL  
T.C. G.Ü. T.F. SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ  
ÜROLOJİ  
Diploma No: 5940  
Dip. Tescil. No: 37963