

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59503
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.03.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODİNAMI LAB. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012172	KR1129 BASINÇ ÖLÇER KILAVUZ TEL KORONER HEMODİNAMI ÇALIŞMA.	30.00	ADET

Şartname Kodu : 37289

Pressure wire şartname

- Damar içi basınç ölçümleri yapmaya uygun olmalıdır.
- 0.014 inç kalınlığında, en az 175cm uzunluğunda olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, özel bir konnektöre monte edilmiş olmalı; gerektiğinde konnektörden rahatlıkla ayrılıp, tekrar monte edilebilmelidir.
- Konnektörün, Analizör cihazına bağlanabilmesi için yeterli uzunlukta kablosu ve adaptörü olmalı, tüm bu parçalar yekpare olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel üzerinde bir (1) adet özel algılayıcı (sensör) olmalı, bu sensör basınç verilerini monitörize edecek yapıda olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, PTFE kaplı olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Telin ucu esnek yapıda olmalı, şekillendirmeye uygun olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, mükemmel tork özelliğine sahip olmalı, tork verici, kılavuz tel üzerinde kullanıma hazır olmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, uzun süreli ölçümlere olanak sağlayabilecek sinyal stabilizasyonu sağlayabilmelidir.
- Kılavuz Tel üzerine yerleştirilmiş sensör, izole mikro kablolar vasıtasıyla konnektörle bağlantı kurmalıdır.
- İhaleyi alan firma laboratuvarımızda cihaz ile uyumlu Basınç Analizörünü 24 saat bulundurmalıdır.
- Basınç Sensörlü Kılavuz Tel, tüm bağlantı kabloları ve konnektörleriyle birlikte, kullanıma hazır, özel ve steril ambalajı ile teslim edilmelidir.
- Sistemle ilgili gerekli teknik asistan hizmet sunulabilmelidir.
- Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır. Miadın dolmasına 3 (ay) kala ihaleyi alan firma elde kalan ürünü yeni miadlı ürün ile değiştirmelidir.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Hüseyin Murat ÖZNEFİ
T.C. G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji
Diploma No : 6146135
Dip. Tesch. No : 676356

Prof. Dr. Mustafa GÖYACI
T.C. G.Ü. Tıp Fakültesi Hastanesi
Kardiyoloji
Diploma No : 6146135
Dip. Tesch. No : 676356

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59503
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.03.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011243	KR1196 KORONER KILAVUZ TEL 0.035" 260 CM.	50.00	ADET

Şartname Kodu : 40928

- Guide wire?lar fixed core özellikte ve teflon kaplı olacaktır.
- Ucu J tipi olacaktır.
- Uzunluğu 260 cm, çapı 0.035 inç olacaktır
- Guide-wire yüksek radyoopasiteli olmalıdır.
- Guide-wire'in J ucu kolaylıkla retrakte edilebilir özellikte olmalıdır.
- Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilecektir.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay matlı olacaktır.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Hacer Ayar ÖZGENÇ
T.C. G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 85418136
Dip. Tescil No : 576639

Prof. Dr. Bülent BOYACI
T.C. G.Ü.T.F. Sazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 80-KA-010
Dip. Tescil No : 30800

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59503
İstem Tarihi : 08.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 08.03.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-011006	KR2004 KILAVUZ TEL STANDART 038" 260 CM.	100.00	ADET

Şartname Kodu : 40927

- Guide wirelar fixed core özellikte ve teflon kaplı olacaktır.
- Ucu J tipi olacaktır.
 - Uzunluğu 260 cm, çapı 0.038 inç olacaktır
 - Guide-wire yüksek radyoopasiteli olmalıdır.
 - Guide-wire'in J ucu kolaylıkla retrakte edilebilir özellikte olmalıdır.
 - Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilecektir.
 - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Nispettin ÖZDEMİR
T.C. G.Ü. T. Hastanesi
Diploma No : 21A8136
Dip. Tescil No : 576689

Prof. Dr. Nispettin ÖZDEMİR
T.C. G.Ü. T. Hastanesi
Diploma No : 21A8136
Dip. Tescil No : 576689