



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ  
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

**ULTRASON ÜNİTESİ  
TRANSEPTİK PROB TEMİZLEME VE KORUMA SOLÜSYONU ŞARTNAMESİ**

- 1- Ultrasonografi problemlerinin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlayacak spreylere şeklinde kullanımı olmalıdır.
- 2- Kokusuz olmalıdır.
- 3- Ultrasonografi problemlerindeki membranlarda şişme oluşturmamalıdır.
- 4- Antiseptik özelliği İsopropyl alkol ile sağlanmalı, antimikrobiyal özelliği ise chlorhexidine gluconate ile verilmelidir.
- 5- Ürün miatsız olarak uzun süre depolanabilir olmalıdır. (Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl miyadlı olmalıdır.)

Prof. Dr. Suna Özhan OKTAR  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan İLGİT  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Başkanı



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ  
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarih: 14.01.2016

**ŞEFFAF ZARF TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Tek kullanımlık olmalıdır.
- 2- Üç kenarı kapalı, bir kenarı açık olmalıdır.
- 3- Şeffaf olmalıdır.
- 4- 42X50 cm ebatlarında olmalıdır.
- 5- 4 kg. taşıyabilmelidir.
- 6- Ambalajlı paketlerden kullanım aşamasında arızalı çıkanlar firma tarafından değiştirilecektir.

Prof. Dr. Suna ÖZHAN OKTAR  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan YILGIT  
Radyoloji Anabilim Dalı  
Baskan



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
TIP FAKÜLTESİ  
RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

Tarih:

**MINÖR CERRAHİ ÖRTÜ SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Setler, non woven tabir edilen dokunmamış kumaştan mamul olup, tek kullanıma mahsus steril olma özelliği taşımaktadır.
2. Hasta üst örtüsünde üst katı, ameliyat esnasında oluşacak kan, alkol ve/veya bu özellikteki sıvıların tamamı ile örtü tarafından absorbe edilebilmesini sağlayan emici medikal non woven, bu sıvıların alta geçmesini engelleyen bakteri bariyerli medikal polietilenden oluşan 2 katlı materyalden mamul olmalıdır.
3. Örtü ve önlük üretiminde kullanılan malzemeler arkasını ve giyenin içini göstermeyecek tipte olacaktır (yarı şeffaf ve şeffaf malzemeler kabul edilmez).
4. Örtü ortasında 9-12 cm çapında, etrafı non alerjik cilt bandı ile çevrili delik bulunmalıdır. Delik örtünün bir kenarından 50+/-5 cm mesafede olmalıdır.
5. Örtülerde kullanılan cilt bantları non alerjik olmalıdır (istendiğinde üretici firma tarafından teknik doküman verilebilmelidir).
6. Örtü gerektiğinde steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde katlanmış olmalıdır.
7. Set içindeki önlükler giyenin arkası steril kapanacak şekilde iki iç ve iki dış kuşağa sahip olmalıdır.
8. Set içerisinde bulunan Kamera kılıfı antistatik özelliğe sahip polietilen malzemedeki şeffaf tüp olmalıdır. Bu tüp üzerinde kablo ile kılıfın sabitlenmesi için 2 adet kablo bağı ve 2 adet kamera kılıfı olmalıdır.
9. Tüm set içeriği Alet Masa örtüsüne bohçalanmalıdır. Bohça steril olmayan bir kişinin rahatça serebilmesine olanak verecek şekilde olmalıdır. Alet Masa Örtüsü, üstünde medikal non woven malzemedeki takviyesi olan; polietilen malzemedeki yapılmış olmalıdır.

Prof. Dr. Erişen TILGİT  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Radyoloji A.D. Başkanı  
Diploma No: 7548