


## TÜP NAZODUEDONAL BESLENME NO:12 TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1)Tüple beslenmede ideal kabul edilen poliüretan yapısında (irritasyon\kontaminasyon riski minimum,sindirim sıvılarına dayanıklı,ince çeperli)
- 2)Steril tekli pakette
- 3)Uzun dönem(6-8 hafta) kullanıma uygun
- 4)Klavuz tel içeren
- 5). Bütün tüp boylu boyunca radyopak olmalı ve radyografi ile görüntülenebilmelidir
- 6)110 cm uzunluğunda
- 7)Tüpün hasta içerisinde sonlanan ucu açık olmalı ve en az 2 adet yan delik bulunmalıdır.
- 8)20.40.60.80. cm lerde seviye çizgileri bulunan
- 9)Distal uçta pıhtılaşmayı engellemek amaçlı birkaç çıkış deliği bulunan
- 10)Uç kısmında kapaklı dişi bağlantı olan
- 11)Her pakette burun tespit bandı bulunmalıdır
- 12) 12 frençlik nazoenterik tüp olmalıdır

  
Doç. Dr. Melda Aybar TÜRKÖĞLU  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
İÇ HASTALIKLARI A.D./YOĞUN BAKIM B.D.  
Diploma No: 98-011-038  
Dip. Tescil No: 88958

  
Prof. Dr. Gülbin AYGENCEL BIRKMAZ  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
İç Hastalıklar Cildi Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi  
Dip. No: 98-011-038