



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40853

Düzenleme Tarihi : 27.02.2017

KOD : J06-067361 /

MALZEME ADI : EPSON PP-100 2. CD ROBOT KARTUŞU

CD ROBOT ÜNİTESİ KARTUŞ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. En az ayrı ayrı sunulan 6 renk kartuş bulunmaktadır.
2. Her bir renk CD robot üzerindeki yuvalarda, bağımsız olarak değiştirilebilmelidir.
3. Her bir kartuşun en az yoğun renkli basım seçiminde en az 1000 CD baskısı yapılabilmesine imkan sağlamalıdır.
4. Boya tabanlı mürekkep olmalıdır.
5. Epson PP-100 cd robot sistemi için orijinal üretici tarafından üretilmiş olmalıdır.
6. Düşük mürekkep seviyesi ve orijinal kartuş olduğunun belirlenmesi amacıyla her bir kartuş üzerinde elektronik veri ara yüzü(chip) bulunmalıdır.
7. Kartuşlar 6'lı takım halinde her bir renk kendi orijinal kutu ve hava geçirmez plastik ambalajında teslim edilmelidir.
8. Micro-piezo baskı kafası ile uyumlu çalışabilmelidir.
9. Dicomburner yazılımı ile yönetilen CD robot sistemi yazılım özellikleri ile uyumlu çalışabilmelidir.
10. Epson PP-100 II model No: N181A cihazına uygun olmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Doc. Dr. Ümit Özgür AKDEMİR  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Nükleer Tıp  
Dip. No: 98-092-031 Dip. Tes. No: 88823

Prof. Dr. L. Özlem ATAY  
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Nükleer Tıp  
Dip. No: 884A095 Dip. Tes. No: 47104

ONAYLAYAN