

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59098 Döküm Tarihi : 15.02.2017
İstem Tarihi : 15.02.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Acil Servis Ünitesinde kullanılan ANETİCAİD QUA3 marka sedyelerin yerden yükselme pistonu, 5.teker, piston kolçak, teker ve yayı arızaları tespit edilmiştir. Tarafımızca tamiri mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM4330	SEDYE TAMIRI.	5.00	ADET

Şartname Kodu : 29893

ANETİCAİD MARKA QUA3 MODEL SEDYE TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Acil Servis Ünitesinde kullanılan Aneticaid marka qua3 model sedyelerdir.
2. 5 adet 8136, 5002, 4059, 7285, 4952 seri numaralı sedyelerdir.
3. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
4. Parça dahil tamir ve bakım bir defaya mahsus yapılacaktır.
5. Tamir ve bakımı yapılan sedyelere yüklenici firma 1 yıl parça dahil garanti verecektir.
6. Bu sedyelerde herhangi bir arıza oluşması durumunda yüklenici firma sedyeleri ücretsiz tamir edecektir.
7. Yüklenici firmaya sedye arızası haberi verildiğinde 3 (üç) iş günü içinde müdahale etmek zorundadır.
8. Sedyeler çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Tıbbi Cihaz Teknikeri