

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59081 Döküm Tarihi : 14.02.2017  
İstem Tarihi : 14.02.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz İç Hastalıkları Obezite Diabet Ünitesinde kullanılan cihazın tamiri mümkün değildir. Ana kartı arızalıdır tarafımızca yapılamamaktadır.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ  
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM5204	HOLTER CİHAZI TAMIRI	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40702

SPACELABS MARKA 90207 MODEL HOLTER CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz İç Hastalıkları Obezite Diabet Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitini de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fakülte Müdürü  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Teknik İşletme Müdürlüğü

Harun Beytullahoğlu