

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59303 Döküm Tarihi : 27.02.2017
İstem Tarihi : 27.02.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Patoloji Lab.da kullanılan Biyogüvenlik kabinin cam kapak arızası tarafımızca yapılması mümkün değildir.Biyo güvenlik kabinin periyodik bakımın yapılması gerekmektedir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

| Malzeme Kodu | Malzeme Adı | Miktar | Birimi |
|--------------|------------------------------------|--------|--------|
| TM5951 | KEMOTERAPİ KABİNİ TAMİRİ VE BAKIMI | 1.00 | ADET |

Şartname Kodu : 40864

KEMOTERAPİ KABİNİ TAMİR BAKIM ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Mikrobiyoloji Labaratuvarında kullanılan cihazdır.
2. Cihazın hepa filtresi ve uv lambası değiştirilecek.
3. Cam kapak arızası yapılarak çalışır durumda teslim edicektir.
4. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
5. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
6. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi ve yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
7. Cihazın kalibrasyonu yapılarak çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gaz Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gaz Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Etilimmedikal Teknikeri