

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59080  
İstem Tarihi : 14.02.2017 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz Amliyathane Beyin Cerrahine ait leyla ekartör kırık olan parçalarının tamiri tarafımızca yapılması mümkün değildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 14.02.2017  
Sayfa : 1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM1605	LEYLA EKARTÖR TAMİRİ.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40700

KARL STORZ MARKA CERRAHİ ALET LEYLA EKARTÖR TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Beyin Cerrahi Ameliyathane Ünitesinde kullanılan Lot: 28162FB Karl Storz marka cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.

  
H. Bayraktar  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

  
H. Bayraktar