

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59084
İstem Tarihi : 14.02.2017 00:00:00
Açıklama : Hastanemiz Dahiliye Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan hastabaşı monitörlerinin saturasyon problemleri yedekleri bitmiştir ve bölümde kullanılan problemler deforme olmuş, arızalı olanların tamiri mümkün değildir. Yenilerinin alınması gerekmektedir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 14.02.2017
Sayfa : 1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067818	SPO2 SATÜRASYON PROBU VE ARA KABLOSU(HASTABASI MONİT.İCİN).	15.00	ADET

Şartname Kodu : 40711

PHILIPS MARKA MP40 MODEL HASTABAŞI MONİTÖRÜ SATURASYON PROBU TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Marka ve modeli belirtilmiş hastabaşı monitörüne uyumlu olacaktır.
2. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Teklifler numuneye göre değerlendirilecektir.
3. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
4. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyesine getirecektir.
5. Saturasyon prob uçları silikonlu olacaktır.
6. Kutulu ambalajlı sıfır olacaktır.

Fatih TAMER
T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyomedikal Teknikleri

İsmail Beytullahoğlu