

17/1921

İstem No : 59269  
İstem Tarihi : 23.02.2017 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz İmmunoloji Labrotuvarında kullanılan Elix uv5 ve uv10 su distile cihazın bakımın yapılması tarafımızca yapılması mümkün degildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 23.02.2017  
Sayfa : 2

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM6588	MİLLİPORE MARKA ELİX UV5 DİSTİLE SU SETİNİN BAKIM VE ONARIMI.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40837

**MİLLİPORE MARKA ELİX UV5 MODEL DİSTİLE SU CİHAZ TAMİR ŞARTNAMESİ**

1. Hastanemiz İmmunoloji Laboratuvarında kullanılan Millipore marka Elix uv5 model cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitin de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya varsa yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazın bakımları yapıp Hepafiltre değişimleri yapılacaktır.
7. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
8. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Servisi

Istem No : 59269 Döküm Tarihi : 23.02.2017  
Istem Tarihi : 23.02.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz İmmunoloji Labrotuvarında kullanılan Elix uv5 ve uv10 su distile cihazın bakımın yapılması tarafımızca yapılması mümkün degildir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Istem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM6591	MILLIPORE MARKA ELIX UV10 DISTİLE SU SETİNİN BAKIM VE ONARIMI.	1.00	ADET

Şartname Kodu : 40836

MILLIPORE MARKA ELIX UV10 MODEL DİSTİLE SU CİHAZ TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz İmmunoloji Laboratuvarında kullanılan Millipore marka Elix uv10 model cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespitin de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya varsa yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazın bakımları yapıp Hepafiltre değişimleri yapılacaktır.
7. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
8. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi