

17/922

İstem No : 59078 Döküm Tarihi : 14.02.2017
İstem Tarihi : 14.02.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Tüp Bebek Laboratuvarında kullanılan şarjlı pipetör sarj ünitesi ve motor arızası tarafımızca yapılması mümkün değildir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM6514	SARJLI PİPETÖR TAMİRİ	3.00	ADET

Şartname Kodu : 40698

ŞARJLI PİPETÖR CİHAZI TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Tüp Bebek Ünitesinde kullanılan cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçaları orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihazlara 6 ay tamir 1 yıl parça garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi veya yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Cihazdan değişen parçaların Biyomedikal birimine teslim edilecektir.
7. Çalışır durumda teslim edilecektir.



Hacı Bayraklıoğlu

