

17/924

İstem No : 58250

Döküm Tarihi : 04.01.2017

İstem Tarihi : 03.01.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : Hastanemizde kullanılan tansiyon aletleri ve hastabaşı monitörlerin de kullanılmak üzere gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034

Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064259	TANSİYON ALETİ KOL BEZİ.	250.00	ADET

Şartname Kodu : 40135

TANSİYON ALETİ KOL BEZİ (ERİŞKİN BOY)TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Kolbezi dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapmayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 2- Kolbezi yetişkin hastalarda kullanılabilecek şekilde 50 cm uzunluğunda 14 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Kolbezi arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
- 4- Kolbezi yapışkanlı (cırtcırtlı) olmalıdır.
- 5- Kol bezinin kalite kontrolü yapılmış tarafımıza çalışır şekilde sunulacağını ve arızalı çıkması durumunda değişimi için firma taahhütname vermelidir.
- 6- Manşonlar silinebilir özellikte olmalıdır.
- 7- Yapışma kısmı 17,5cm uzunluğunda 10cm genişliğinde olmalıdır.
- 8- Yapışma cırtcırtı 9cm uzunluğunda 10 cm genişliğinde olmalıdır.
- 9- İç manşonla beraber olacaktır.
- 10-İç manşon çiftli olacaktır ve tansiyon aletlerine uygun olacaktır. 11- Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır. Numuneler geri iade edilmeyecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi


Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Siyemeciler Kurulu

17/924

HASTABAŞI MONİTÖRÜ MANŞONU (ERİŞKİN BOY)TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Kolbezi dayanıklı silinebilir cilde zarar vermeyen ve terleme yapınayan kumaştan yapılmış olmalıdır.
- 2- Kolbezi yetişkin hastalarda kullanılabilecek şekilde 50 cm uzunluğunda 14 cm genişliğinde olmalıdır.
- 3- Kolbezi arter noktası belirtilmiş olmalıdır.
- 4- Kolbezi yapışkanlı (cırtcırtlı) olmalıdır.
- 5- Kol bezinin kalite kontrolü yapılmış tarafımıza çalışır şekilde sunulacağını ve arızalı çıkması durumunda değişimi için firma taahhütname vermelidir.
- 6- Manşonlar silinebilir özellikte olmalıdır.
- 7- Yapışma kısmı 17,5cm uzunluğunda 10cm genişliğinde olmalıdır.
- 8- Yapışma cırtcırtı 9cm uzunluğunda 10 cm genişliğinde olmalıdır.
- 9- İç manşonla beraber olacaktır.
- 10-İç manşon tekli olacaktır ve hastabaşı monitörüne uygun olacaktır.
- 11- Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirme numuneye göre yapılacaktır. Numuneler geri iade edilmeyecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi