



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40890

Düzenleme Tarihi : 02.03.2017

KOD : J01-010619 /

MALZEME ADI : GR1079 KILAVUZ TEL, 035" HİDROFİLİK 260 CM.

- Guide wireler damar içerisinde rahat ilerletilebilecek kaygan bir materyalle kaplı olacaktır.
- Uzunluğu 260 cm, çapı 0.035 inç olacaktır
 - Guide-wire yüksek radyoopasiteli olmalıdır.
 - Malzemeler steril ve orjinal ambalajında teslim edilecektir.
 - Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Diploma No : 7515
Dış. Tez. No : 44853

Doç. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 94-332-102 Dip. Tes. No: 70-47

HAZIRLAYANLAR

ONAYLAYAN

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59380
İstem Tarihi : 02.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.03.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-016631	KR1086 PTCA KILAVUZ TEL 0.014" HİDROFİLİK (INTERMEDIATE).	100.00	ADET

Şartname Kodu : 37116

- Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- Telin ucu intermediate özellikte ve Hidrofilik olacaktır.
 - Kronik total oklüzyon ve yüksek oranda stenozlu lezyonlara müdahale amaçlı üretilmiş olmalı.
 - Koroner balon ve koroner stent taşıyabilmeli.
 - Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-190 cm olacaktır.
 - Tel tüm uzunluğu boyunca radyoopak olmalıdır, ancak distal 2.8-3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
 - Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
 - Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
 - Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 16(onaltı)ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Kardiyoloji
Dışarı No: 7515
E-posta No: 7515

Doç. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dış. No: 94-332-02 Dış. Tes. No: 76247

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59380
İstem Tarihi : 02.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.03.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-012999	KR2060 UZATMA HATTI BASINCA DAYANIKLI (OPAK) (1000 PSI VE ÜSTÜ)	100.00	ADET

Şartname Kodu : 37883

- Ventrikülografi, aortografi ve pulmoner anjiyografi sırasında otomatik pompa enjektörü ile anjiyografi kateterini birbirine bağlamak amacı ile kullanılacaktır.
- 1200 PSI'ye dayanıklı olacaktır
- Uzunluğu 50 - 70 cm olacaktır.
- Şeffaf, plastik materyalden yapılmış olacaktır.
- Bir ucu dişi diğer ucu erkek luerlock olacaktır.
- Malzemeler steril ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.
- Ambalajlar üzerinde sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi belirtilmiş olacaktır. Teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miatlı olacaktır.
- Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.

Prof.Dr. Refik YALÇIN
T.C. G.S.T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Dipl. No: 7575
Uz. Tez. No: 142000

Doç. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 94-392-102 Dip. Tes. No: 70247

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59380
İstem Tarihi : 02.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 02.03.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : KARDHDKL1
Bölüm Adı : HEMODINAMI LAB. KLİNİĞİ1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-014444	KR1084 PTCA KILAVUZ TEL 0.014" (FLOPPY).	100.00	ADET

Şartname Kodu : 38006

- PTCA KILAVUZ TEL (0.014 FLOPPY) - Koroner anjioplastide kullanılacaktır.
- Telin ucu floppy özellikte olacaktır.
 - Telin çapı 0.014 inç, uzunluğu 175-220 cm olacaktır.
 - Tel tüm uzunluğu boyunca radyopak olmalıdır, ancak distal 3 cm'lik ucu gövdesinden daha fazla radyoopasiteye sahip olmalıdır.
 - Tel bire bir tork alma özelliğine sahip olacaktır.
 - Telin distal ucu damara zarar vermeyecek yapıda yumuşak olacaktır.
 - Tel önceden J şekli verilmiş olacak, ancak gerektiğinde kolayca tekrar şekil verilebilecektir.
 - Steril orjinal ambalajında olacaktır.
 - Teslim tarihinden itibaren en az 24 (yirmidört) ay miatlı olacaktır.
 - Şekil biçim ve ölçüleri açısından ekli mühürlü numunesine uygun yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
 - CE belgeli olmalıdır.

Prof. Dr. Mustafa YALÇIN
T.C. G.Ü. T.F. Gazi Hastanesi
KARDİYOLOJİ
Diploma No : 75115
Etil. Tesis No : 70447

Doç. Dr. Sedat TÜRKÖĞLU
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Kardiyoloji
Dip. No: 94-032-102 Dip. Tesis. No: 70447