

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59794
İstem Tarihi : 22.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.03.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-018963	KOLONOSKOPI SORTU (DISPOSABLE).	1.000.00	ADET

Şartname Kodu : 3198

- 1-Malzeme non woven malzemeden üretilmiş içini göstermeyen koyu renkli kumaştan olmalıdır.
- 2-Arka orta kısımda kolonoskopi ve rektoskopi sırasında yeterli derecede açıklık sağlayan kapaklı delik olmalıdır. Delik çapı 16 cm olmalıdır.
- 3-Bedenler L ve XL olmalıdır.
- 4-Obez kişilerinde giyebileceği kadar büyük olmalıdır.

Doç.Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip. No: 95011016 Dip. Tes. No: 78836

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Koray ONAL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 104831

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59794
İstem Tarihi : 22.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.03.2017
Sayfa : 2

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPİ POLİKLİNİĞİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010142	ASPIRATÖR FİLTRESİ	100.00	ADET

Şartname Kodu : 41093

VAKUM FİLTRESİ

- 1-Hastanemizde bulunan KV-4 Endoskopik aspiratör cihazında kullanıma uygun olmalıdır.
- 2-Hidrofobik mikrobiyal filtre(Bakteri filtresi) özelliği taşımaktadır.
- 3-Farklı marka ve model vakum filteri teklif edecek firmalar, Kliniğimizde bulunan Olympus marka KV-4 model aspiratör üreticisi tarafından verilmiş olan uygunluk belgesini, ayrıca akredite test laboratuvarlarından alınmış uygunluk test belgesini ibraz etmelidir.

Doç.Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Öğrt. Gör.
Dip.No: 96011016 Dip.Tes.No: 78836

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Kemal ONAL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 104831

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59794
İstem Tarihi : 22.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 23.03.2017
Sayfa : 3

Bölüm Kodu : GASTENDPL1
Bölüm Adı : DAHİLİYE ENDOSKOPI POLİKLİNİĞİ1
İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-010822	ENDOSKOPIK TEMİZLEME FIRÇASI (GASTROSKOPI).	50.00	ADET

Şartname Kodu : 41094

BALON KANALI TEMİZLEME FIRÇASI

1. Teklif edilen temizleme fırçası, olympus marka ultrasonik skopların balon kanalı temizliği için uygun olmalıdır.
2. Teklif edilen temizleme fırçası tek kullanımlık olmalıdır.
3. Fırça kılları kalın ve sert olmalıdır.
4. Teklif edilen temizleme fırçası 1.0-1,5 mm balon aspirasyon kanalına sahip ultrasonik skoplarla kullanıma uygun olmalıdır.

Doç.Dr. Mehmet ARHAN
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Gastroenteroloji Ogr. Gör.
Dip. No: 96011016 Dip. Tes. No: 78836

GAZİ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ
Gastroenteroloji BD Öğretim Üyesi
Doç. Dr. İbrahim Koral ONAL
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. Tescil No: 104831