

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59758

Döküm Tarihi : 23.03.2017

İstem Tarihi : 20.03.2017 00:00:00

Sayfa : 5

Açıklama : İHALEDE TEKLİF VERİLMEYEN KALEMLER İÇİN ALIM

Bölüm Kodu : PATLB1

Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-071619	ETİL ALKOL (%99) (ABSOLU)	400.00	LITRE

Şartname Kodu : 5988

**ETİL ALKOL**

(%99 LUK ETİL ALKOL TEKNİK ŞARTNAMESİ)

1. % 99,9 etil alkol olmalıdır.
2. Renksiz, berrak, kokusu karakteristik olmalıdır.
3. Patoloji laboratuvarında doku takibinde kullanılmaya uygun olmalıdır.
4. Etiketinde ürünün adı, hacmen % alkol miktarı, net ambalaj hacmi, kullanım ve saklama koşullarına yönelik bilgi, üreten ve/veya ambalajlayan firmanın ticari ünvanı bulunmalıdır.
5. En az 2.5 litre, en fazla 5 litrelik ambalajlarda olmalıdır.
6. Son kullanma süresi teslim ediliş tarihinden itibaren en az bir yıl sonra dolmalıdır.
7. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune getirilmelidir.
8. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 10 litre numune teslim edecektir.

Yrd.Doç.Dr. Özgür AKINCI  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191

Yrd.Doç.Dr. İsmail AKYÜREK  
T.C. Gazi Üniversitesi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Ss.No: 24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59758 Döküm Tarihi : 23.03.2017  
İstem Tarihi : 20.03.2017 00:00:00 Sayfa : 3  
Açıklama : İHALEDE TEKLİF VERİLMEYEN KALEMLER İÇİN ALIM

Bölüm Kodu : PATLB1  
Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J01-013336	DOKU GÖMME KASETİ.	200.000.00	ADET

Şartname Kodu : 33921

**DISPOSABLE KAPAKSIZ DOKU GÖMME KASETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Kasetler doku gömmeye ve takibine uygun sert plastik malzemeden yapılmış olmalıdır
2. Patoloji laboratuvarında kullanılan kimyasal malzemelerden ( alkol, formol, aseton ve ksilen gibi ) deforme olmamalıdır. Isıya dayanıklı olmalıdır ( 65C ya kadar dayanabilmelidir )
3. Doku gömme işleminde kullanılan metal kalıplar ile (base mould) uyumlu olmalı kenarında boşluk kalmamalıdır.
4. Patoloji laboratuvarında kullanılan her model mikrotoma uygun boyutta olmalı kaset tutucuya yan veya dik olarak takılmalı, kolay çıkmamalıdır.
5. İstenilen miktarlarda olmak üzere sarı ve beyaz renklerde olmalıdır.
6. Kaset gövdesinde ve yan kenarlarının üzerinde içindeki dokunun düşmesini engelleyecek ama doku takibi sırasında solüsyonların içine girmesine olanak sağlayacak delikler olmalıdır.
7. Kasetin eğik düzlemine ve kenarlarına kurşun kalem veya asetat kalemi yada kaset yazma cihazına düzgün kalıcı kolayca olarak yazılabilmelidir.
8. Kullanılmakta olan çelik kaset kapakları ile uyumlu olmalı kolayca açılmamalıdır.
9. Teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla numune getirilmelidir.
10. Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 20 adet numune teslim edecektir.

  
Yrd. Doç. Dr. EKİNCİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dış No: 0601149

Prof. Dr. Nalan AKYÜREK  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dış No: 0601149/24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59758

Döküm Tarihi : 23.03.2017

İstem Tarihi : 20.03.2017 00:00:00

Sayfa : 1

Açıklama : İHALEDE TEKLİF VERİLMİYEN KALEMLER İÇİN ALIM

Bölüm Kodu : PATLB1

Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J08-012015	PASTÖR PİPETİ	10.000.00	ADET

Şartname Kodu : 24551

**PASTÖR PİPET (PLASTİK PASTÖR PİPET 3ml) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- En az 3 ml lik hacmi olmalıdır.
- 2- Polyetilenden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Pastör pipet puarı kolayca sıkılabilmelidir.
- 4- Steril olmayacaktır.
- 5- Şeffaf ve renksiz olacaktır.

Teklif veren firma, ihale başvurusunda en az 10 adet numune teslim edecektir.

  
Yrd. Doç. Dr. İKİNCİ  
C. Sağlık Bilimleri Fakültesi  
Bazı Hastaneleri  
Patoloji  
06100 0631140

  
Prof. Dr. Nezir AKYÖZ  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Patoloji  
Dip.No:11191 Sic.No:24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59758

Döküm Tarihi : 23.03.2017

İstem Tarihi : 20.03.2017 00:00:00

Sayfa : 2

Açıklama : İHALEDE TEKLİF VERİLMEYEN KALEMLER İÇİN ALIM

Bölüm Kodu : PATLB1

Bölüm Adı : PATOLOJİ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-072839	KERATİN 7.	50.00	TEST

Şartname Kodu : 30003

Formalinde fikse, parafine gömülü insan dokusunda çalışmalıdır. Kullanıma hazır formda olmalıdır. Monoklonal Mouse veya Monoklonal rabbit olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Ekinci  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
Patoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. ÖREK  
T.C. Gazi Üniversitesi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59758

Döküm Tarihi : 23.03.2017

İstem Tarihi : 20.03.2017 00:00:00

Sayfa : 4

Açıklama : İHALEDE TEKLİF VERİLMEMEYEN KALEMLER İÇİN ALIM

Bölüm Kodu : PATLB1

Bölüm Adı : PATOLOJİ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J07-071322	C-ERB-B-2.	50.00	TEST

Şartname Kodu : 41074

Formalinde fikse, parafine gömülü insan dokusunda çalışmalıdır. Klonu 4B5 olmalıdır. Kullanıma hazır formda, monoklonal rabbit olmalıdır.

  
Yrd. Doç. Dr. EKİNCİ  
T.C. Sağlık Bakanlığı  
Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 09.11749

  
Prof. Dr. Nalan AKYÜREK  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Dip.No: 11191 Sic.No: 24125