

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59683
İstem Tarihi : 15.03.2017 00:00:00
Açıklama :

Döküm Tarihi : 15.03.2017
Sayfa : 1

Bölüm Kodu : NRLPL1
Bölüm Adı : NÖROLOJİ POLİKLİNİĞİ


İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-031900	HASTA KABLOSU (EEG-VİDEO MONİTARİZASYON)	2.00	ADET

Şartname Kodu : 40996

EEG CİHAZI İÇİN BAĞLANTI KABLOSU ŞARTNAMESİ

- 1- Bağlantı kablosu Nihon Kohden Marka EEG cihazında kullanılacaktır.
- 2- Bağlantı kablosu orijinal firma üretimi olacaktır.
- 3- Bağlantı kablosu uzunluğu 10 m olacaktır.
- 4- Kablonun bağlantı kısımları mini giriş kutusuyla giriş kutusu arasındaki bağlantıyı sağlayacak yapıda olmalıdır.
- 5- Mini giriş kutusu tarafı yaylı soketli olacak, bu sayede kolaylıkla takılıp çıkartılabilecektir.
- 6- Giriş kutusu tarafı gevşememesi için vidalı soketli olacaktır.
- 7- Kablo hastanın rahat kullanabilmesi için esnek yapıda olacaktır.


Prof. Dr. Ayşe BORA TOKCAER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Nöroloji
Din. No: 17540.20978 Dip. Tes. No: 34631