

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59771 Döküm Tarihi : 21.03.2017
İstem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Biyomedikal Kalibrasyon Ünitesinde kullanılan Fluke marka kalibratör cihazının pressure sensörleri arızalıdır. Yenilerinin alınması gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-065922	PRESSURE SENSOR.	4.00	ADET

Şartname Kodu : 41080

FLUKE MARKA VTPLUS MODEL KALİBRATÖR CİHAZI PRESSURE SENSÖR TEKNİK
ŞARTNAMESİ

1. Marka ve modeli belirtilmiş cihaza uyumlu olacaktır.
2. 1 yıl garantili olmalıdır.
3. Orijinal olacaktır.
4. Yüklenici firma orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Atölyesine getirecektir.
5. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacak olup, teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır.
6. Numuneler Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyesine getirilecektir.
7. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

