

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

Istem No : 59769 Döküm Tarihi : 21.03.2017  
Istem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Yeni Doğan, Pediatri Polikliniği ve Çocuk Acil Ünitesinde kullanılmak üzere tansiyon manşonu gerekmektedir. Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyemizde yedeği kalmadığı için alınması gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Istem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067904	TANSİYON ALETİ KOL BEZİ VE İCLASTIĞI (ÇOCUK BOY).	30.00	ADET

Şartname Kodu : 37626

**PEDİATRİK BOY TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dış kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
2. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
3. Anti alerjik olmalıdır.
4. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
5. İç manşonla beraber olacaktır.
6. İç manşon çiftli olacaktır ve hastane genelinde kullanılan tansiyon aletlerine uyumlu olacaktır.
7. 25cm ile 25.5cm arasında manşon uzunluğu, 4.5cm eni olacaktır.
8. İç manşon hortum uzunluğu 50cm ile 53 cm arasında olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59769 Döküm Tarihi : 21.03.2017  
İstem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00 Sayfa : 2  
Açıklama : Hastanemiz Yeni Doğan, Pediatri Polikliniği ve Çocuk Acil Ünitesinde kullanılmak üzere tansiyon manşonu gerekmektedir. Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyemizde yedeği kalmadığı için alınması gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064259	TANSİYON ALETİ KOL BEZİ	30.00	ADET

Şartname Kodu : 40135

**PEDİATRİK BOY TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dış kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
2. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
3. Anti alerjik olmalıdır.
4. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
5. İç manşonla beraber olacaktır.
6. İç manşon çiftli olacaktır ve hastane genelinde kullanılan tansiyon aletlerine uyumlu olacaktır.
7. 29cm ile 29.5cm arasında manşon uzunluğu, 8cm eni olacaktır.
8. İç manşon hortum uzunluğu 50cm ile 53 cm arasında olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 59769  
İstem Tarihi : 21.03.2017 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz Yeni Doğan, Pediatri Polikliniği ve Çocuk Acil Ünitesinde kullanılmak üzere tansiyon manşonu gerekmektedir. Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyemizde yedeği kalmadığı için alınması gerekmektedir.  
Döküm Tarihi : 21.03.2017  
Sayfa : 3  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-067902	TANSİYON ALETİ KOL BEZİ VE İCLASTIĞI (YENİDOĞAN BOY).	30.00	ADET

Şartname Kodu : 41078

**YENİ DOĞAN BOY TANSİYON MANŞONU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Dış kılıfı temizlenebilir özellikli olmalıdır.
2. Kolu rahatsız etmeyecek yapıda olmalıdır.
3. Anti alerjik olmalıdır.
4. Üzerinde kol bezi ölçülerini gösteren ibare olacaktır.
5. İç manşonla beraber olacaktır.
6. İç manşon çiftli olacaktır ve hastane genelinde kullanılan tansiyon aletlerine uyumlu olacaktır.
7. 15cm ile 15.5cm arasında manşon uzunluğu, 5cm eni olacaktır.
8. İç manşon hortum uzunluğu 50cm ile 53 cm arasında olacaktır.
9. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
10. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

