

ENTÜBASYON TÜPÜ SPIRAL KAFLI NO: 7.5 , 8.0 , 8.5
TEKNİKŞARTNAMESİ

- 1- Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlerde olmalıdır.
- 2- Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
- 3- Tüp Polivinilkorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
- 4- Tüp duvarlarını searan paslanmaz çelişken spiral tek olmalıdır.
- 5- Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
- 6- Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
- 7- Tüpün arkısında konnektör olmalıdır.
- 8- Tüpün ucunda Murphy deliğı olmalıdır.
- 9- Balonlu olmalıdır.
- 10- 15 mm konnektör tüp ile tümleşik olmalıdır.
- 11- Değışik numaralarda iç çapları olmalıdır.
- 12- Oral tipinde hastanın ısıarak oklüsyona neden olmasını önleyen Reinforcing Sleeve olmalıdır.
- 13- Kapıl oral-nasal kullanımlara uygun olmalıdır.
- 14- TSE onayı olmalı.

Prof.Dr.Ömer KURTİPEK
T.C. G.Ö.T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7061
Dip. Tescil No: 45474

Doç.Dr. Mustafa ARSLAN
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7716-Dip.Tescil.No: 80006

ENDOTRAKEAL TÜP KAFLI NO: 4.0 , 8.0 , 8.5
TEKNİKŞARTNAMESİ

1. Tüpler tek kullanımlık steril tekli paketlere olmalıdır.
2. Tüp nontoksik ve Apirojen özellikte olmalıdır.
3. Tüp Polivinilklorür (PVC) den yapılmış olmalıdır.
4. Tüp iç kısmı görülecek derecede şeffaf olmalıdır.
5. Tüp iç ve dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
6. Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.
7. Tüpün arkasında konnektör olmalıdır.
8. Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.
9. Tüp ucunda düşük basınçlı balon bulunmalıdır.
10. Oral ve nasal kullanıma uygun olmalıdır.
11. Entübasyona olanak sağlayacak şekilde kaliteli sertlikte olup kolay bükülmemelidir.
12. TSE onayı olmalı.
13. Her ürünün üzerinde birebir barkodu bulunmalıdır.
14. Entübasyona olanak sağlayacak şekilde kaliteli sertlikte olup kolay bükülmemelidir.
15. Numune teslim tarihinden itibaren iki yıl miadlı olmalıdır.

Prof.Dr.Ömer KURTİPEK
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7081
Dip. Tesck.No: 49474

Doç.Dr. Mustafa Arslan
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Dip.No: 7718-Dip. Tes.No: K.