

## YENİDOĞAN NASAL BAĞLAMA SETLİ NONİNVAZİV VENTİL İÇİN SİLİKON MASKE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilen parçalar hastanemizde mevcut ventilatör cihazları ile uyumlu olmalıdır.
2. Ncpap seti, ekspirasyon ve inspirasyon hattı tüpleri (decoupling tube sets) , bunların uygun 10 mm. lik konnektörleri, mıknatıslı aplikatörü, nasal prong ve 1 adet istenilen boyda boneden oluşmalıdır.
3. Tüplerin, prongların, maskelerin ve aplikatörün her biri ayrı ayrı steril paketlerde teslim edilmelidir. Teslim edilen ürünlerin steril edildiği bilgisi poşetlerin üzerinde belirtilmelidir.
4. Her bir ncpap setinde, decoupling tüpler, uygun ölçüde bone, nasal prong ve bunların sabitleneceği aplikatör yer almalıdır.
5. Aplikatörün üzerine gerektiğinde kullanım için basınç ölçüm konektörü yer almalıdır.
6. Sistemde kullanılacak prongların bebeğin burnuna giren kısmı kanca şeklinde olmalı, ventilatörden gelen akışla uç silikon kısımlar şişkinleşerek buruna kolay oturması sağlanmalı ve basınç kaçaqları engellenmelidir.
7. Setler kaçaqları minimuma indirmek için tasarlanmış olmalı, mıknatıslı aplikatör ile tüplere farklı pozisyonlar verilebilmelidir.
8. İstenildiğinde kullanılmak için tasarlanmış en az üç farklı boyda, setlerle uyumlu nasal maskeler ücreti karşılığında temin edilebilmelidir.
9. Teklif ile birlikte üretici ve temsilci firmanın ayrı ayrı yetki belgesi verilmelidir.
10. Setler istenildiğinde farklı model ventilatör cihazları ile de kullanılabilir.
11. Setlerin tamamı tek kullanımlık olmalıdır. İstenildiğinde temin edilmek üzere ücreti karşılığında en az dokuz farklı boy bone ile dört farklı boy prong seçilebilmelidir.
12. Üretici firmanın ISO belgesi olmalıdır.
13. Kullanıcının talebine göre her bir sette istenilen boyda bir adet bone, bir adet prong veya bir adet maske ve bağlantı aparatları ile teslim edilmelidir.

Prof. Dr. Ebru ERGENEKON  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
ÇOCUK SAĞ. VE HAST. A.D./NEONATOLOJİ B.D.  
Diploma No: 8996  
Dip. Tescir No: 30813

Doç. Dr. İbrahim İbrahimioğlu  
T.C. G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. A.D./YENİDOĞAN R. B.  
Dip No: 9904.A.086  
Dip. Tescir No: 8767