

BEYİN CERRAHİ AMLİYATHANESİ

Sıra no	Ürün açıklaması	Miktar	BİRİM
1	Anevrizma klip atıcı sterilizasyon kutusu	1	ADET

ANEVRİZMA KLİP APPLİER STERİLİZASYON KUTUSU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Klip applier kutusu çelikten imal edilmiş delikli saç sepet şeklinde ve kapaklı olacaktır. Kapak mekanizması tek bir kilit ile kolayca açılıp kapanmayı sağlayacak şekilde olacaktır.
2. Tel sepetler cerrahi aletlerin tel sepete yerleştirilmesi sırasında tel aralarına sıkışmasının engellenmesi amacıyla örgü şeklinde değil, düz paslanmaz çelik plakalarda delikler açılması şeklinde olmalıdır. Tutacak kısımları ise kullanım kolaylığı açısından 3 pozisyonda sabit kalabilmelidir. Tel sepetlerin altında ise konteynere yerleştirme sırasında hafif aralık kalabilmesini sağlamak amacıyla ısıya dayanıklı plastik destekler bulunmalıdır.
3. Kutunun ve kapağının üzerinde ikişer adet olmak üzere taşımayı kolaylaştıracak 3 kademe hareketli tutma kulpları olacaktır.
4. Klip applier kutusu ile aynı anda en az 8 adet klip atıcı buharlı otoklava girebilmelidir ve kapak klip atıcılar yerleştirildikten sonra tama olarak kapanmalıdır.
5. Klip applier kutusu içerisinde klip atıcıların sabit kalmasını sağlayacak silikon materyalden üretilmiş üç adet sabitleyici olacaktır.
6. Kutunun ölçüleri 406mm X 253mm X 76mm olacak ve uygun kapakla birlikte verilecektir.
7. 2 (iki yıl) garantili olacak ve yüklenici firma tarafından belgelendirilecektir.

Prof. Dr. Nüket Hıncelmez
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahi Öğretim Tiyosu
Dip. No: 831

Prof. Dr. A. Memarın Kayn
T.C. Gazi Üniversitesi
BEYİN VE SINIR CERRAHİSİ
Diploma No: 413
Dip. Tescil No: 2