

řartnameler

J01-014415 FAKO KİTİ Teklif edilen ürün hastanede kullanılan vitrektomi-fako cihazı ile uyumlu olmalıdır. Teklif edilen setin verimli çalışabileceđi uygun model ve güncel bir adet fako elciđi ve bir adet koaksiyel kılıfsız I/A elciđi beraberinde verilmelidir. Fako elciđi titanyumdan yapılı ve en az 4 kristal ekipmanlı değildir. Set steril paket içerisinde, set kod numarası, son kullanım tarihi ve set içeriđi belirtilmiş olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

Teklif edilen ürün vitrektomi-fako cihazı ile uyumlu olmalıdır. Teklif edilen setin verimli çalışabileceđi uygun model ve güncel bir adet fako elciđi ve bir adet koaksiyel kılıfsız I/A elciđi beraberinde verilmelidir. Fako elciđi titanyumdan yapılı ve en az 4 kristal ekipmanlı değildir. Set steril paket içerisinde, set kod numarası, son kullanım tarihi ve set içeriđi belirtilmiş olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır.

S-01130147 vitro retinal back flush fluid 23 G

1 disposable olmalıdır. Gövde pürüzsüz ve paslanmya karşı dayanıklı olmalıdır. Ürün tek parça ve özelliđini belirten renk kodu olmalıdır. Uzun süre kullanımı için tutma yeri plastik olmalıdır. Teklif edilen ürün rahat kullanım açısından 360 derece elle tutuna bilen bir yapıya sahip olmalıdır ve 3ml lik geniş rezervuar hazinesine sahip olmalıdır. Orjinal backflush paketi içinden aktif aspirasyona dönüřtüren steril Male adaptör çıkmalıdır. Ucu silikon needle ve brush yapabilme özelliđine sahip olmalıdır. 23g 0,6mm ölçüsünde olmalıdır. Teslim edilen malzemelerin farklı özellikte ebat ve boyutta olanları temin edilebilir olmalıdır. Ürünler steril kullanıma hazır teslim edilmelidir. Cerrahi kullanım kolaylıđı sađlayan ergonomik dizaynı olmalıdır.

Dr. Dr. Mehmet Emin ÖZMEN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uz. Dr. 23154
Dış. İlet. No: 23154

Dr. Dr. Mehmet Emin ÖZMEN
T.C. Sağlık Bakanlığı
Uz. Dr. 23154
Dış. İlet. No: 23154