



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40777

Düzenleme Tarihi : 06.04.2017

KOD : J01-01F797 /

MALZEME ADI : GAZLI BEZ 5X5 12 KAT.

ŞARTNAME

1. Kullanılan gaz bezi yağı alınmış %100 pamuk ipliginden dokunmuşu tülbent olmalıdır.
2. Kullanılan gaz bezi 30/1 pamuk ipliginden dokunmuş olmalıdır.
3. Gaz kompresler kasarlanmış, beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.
4. Gaz kompreslerin üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, ek yeri veparça bulunmamalıdır.
5. Gaz kompreslerin üzende delik, kesik yırtık ve benzeri görünüş bozuklukları bulunmamalıdır.
6. Kullanılan gaz bezinin dokuması sağlam ve düzgün olmalıdır.
7. Gaz kompreslerin cm2 deki tel sayısı TS 14079'a uygun olmalıdır.
8. Gaz kompreslerin m2 ki ağırlığı 27 gr dan az olmalıdır.
9. Gaz kompreslerin çözgü yönünde kopma mukavemeti 6,1 den az olmamalı ve atkı yönündeki kopma mukavemeti 3,5 kgf den az olmamalıdır.
10. Hidrofillik (emcilik) özelliği iyi olmalıdır.(max 10sn)
11. Gaz kompreslerin asidik bazik testinde TS 14079'a göre fenolftalein çözeltisi ve metil oranj çözeltisi ile yapılan deney sonucunda pembe renk görülmemelidir.
12. Gaz kompresler üzerinde boya maddeleri bulunmamalıdır.
13. Gaz kompresler üzerinde haşıl bulunmamalıdır.
14. Gaz kompresler kenarları iplik vermeyecek şekilde içe katlanmış olmalıdır.
15. Gaz kompresler 100 lük ambalajlar halinde olaçaktır. Özelliklerini muhafaza edebilecek ve çevre şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olmalıdır.
16. Gaz kompreslerin kolileri üzerinde firma bilgileri, boyotları, miktarı, hidrofily oldugu, üretim tarihi, parti numarası, steril ise steril bilgileri bulunmalıdır.
17. Gaz kompresler 5x5 12 kat olacaktır.
18. Üreticiye ait EN ISO 13485 belgesi olaçaktır.

HAZIRLAYANLAR

Selda Çetinkaya
Tarih:

Deniz Ateş
Deniz

ONAYLAYAN

G.Ü. T.C. Gazi Hastanesi
Prof. Dr. Mustafa K. KUTCU
Başhekim Yardımcısı