

17/1278

T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60044  
İstem Tarihi : 10.04.2017 00:00:00  
Açıklama : Hastanemiz Başhekimlik Ekg birimi ve servislerde kullanılan Petaş marka ekg cihazlarının kabloları eskimiş deforme olmuştur. Tamirleri mümkün değildir. Yenilerinin alınması gerekmektedir.  
Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Döküm Tarihi : 10.04.2017  
Sayfa : 1

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064466	EKG KABLOSU 10'LU.	15.00	ADET

Şartname Kodu : 41279

- PETAŞ MARKA KARDİOPET 600 MODEL EKG CİHAZI KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**
1. Marka modeli belirtilmiş EKG cihazına uyumlu olacaktır.
  2. Orijinal olacaktır. Yüklenici firma orijinal olduğuna dair belgeyi Tıbbi Cihaz Bakım / Onarım atölyesine verecektir.
  3. EKG çekiminde kullanılacak, parazit yapmayacak nitelikte olmalıdır.
  4. Uçlar üzerinde silinmeyecek yapıda derivasyon kodları olmalıdır.
  5. Her bir kablo için 2 adet puar takımı ve 2 adet ekg mandal takımı verilecektir.
  6. Teklif verecek firmalar numune getirmek zorundadır. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir.
  7. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Teknikeri

17/12/18

İstem No : 60045 Döküm Tarihi : 10.04.2017  
İstem Tarihi : 10.04.2017 00:00:00 Sayfa : 1  
Açıklama : Hastanemiz Yoğun Bakım Ünitelerinde kullanılmakta olan Mındray marka defibrillatör cihazları için ekg kablosu gerekmektedir.

Bölüm Kodu : S034  
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
J06-064019	EKG KABLOSU 3'LÜ.	2.00	ADET

Şartname Kodu : 41280

**MINDRAY MARKA BENEHEART D6 MODEL DEFİBRİLLATÖR EKG KABLOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Marka ve modeli belirtilmiş cihaza uyumlu olmalıdır.
2. Orijinal olacaktır.
3. Yüklenici firma ürünün orijinal olduğunu belgeleyecektir.
4. Teklif veren firmalar numune getirmek zorundadır. Değerlendirmeler numuneye göre yapılacaktır.
5. Numune getirmeyen firmaların teklifleri değerlendirilmeyecektir. Numuneler Tıbbi Cihaz Bakım/Onarım atölyesine getirilecektir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi

Fatih TAME  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
Biyomedikal Tek.