

ŞARTNAMELER

(S-01130136) ILM FORCEPSİ 23G

Teklif edilen ürün steril ambalaj içerisinde olmalıdır.

- ILM soymak için üretilmiş olmalıdır. Teklif edilen ürün Eckardt tipi olmalıdır.
- 25 Gauge kalınlığında olmalıdır.
- Renk kodu olmalıdır.
- Disposable olmalıdır.
- Firma, istendiğinde 23 G ile değiştirebilmelidir.

HORİZONTAL VİTREKTOMİ MAKASI (RETİNA)

25 G Kalınlığında olmalıdır. Vitroretinal cerrahi sırasında dokuları zedelemeyen ayırarak keskinlikte olmalıdır. Elcik elden kaymayacak şekilde ve her yönde kuvvet uygulamaya imkan verecek özellikte olmalıdır. Disposable olmalıdır. Renk kodu olmalıdır. Numune denenerek alınacaktır. Horizontal kesi yapabilmelidir. Firma, istendiğinde 23 G ile değiştirebilmelidir.

S-01130081) DRENAJ SİSTEMİ ÖN KAMERADAN OLAN VALFLİ İMPLANT

Basınca duyarlı elastomer zardan yapılmış valf sistemi içeren, gövdesi ve tüpü flexible silikon malzemeden yapılmış, erişkin, çocuk ve pars plana yerleştirmeye uygun tipleri olan glokom cerrahisi amaçlı seton. Gövde armut şeklinde oval ve 13.5X16mm ebadında olmalıdır. TESLİM EDİLECEK 20 ADEDİN 15'İ ERİŞKİN, 5'İ PEDİYATRİK MODEL OLACAKTIR. İstenildiğinde model değişimi yapılabilecektir.

GZ1007 GÖZ CERRAHİ KURULAMA PAMUĞU (COTTON SWEB)

Cerrahi alanı kurulama ve manipülasyon amaçlı iki ucu pamuk kaplı ve plastik saplı aplikatör. Esnemeyi önleyecek şekilde pamuk uçlar sıkıca sarılı olmalıdır. Pamuk uçlardan biri daha yuvarlak, diğer ucu daha sivri yapıda sıkıştırılmış pamuk içermeli. Uzunluğu en az 7.5 cm olmalı ve her bir steril paket 10 adet pamuk içermelidir.


Mehmet ÖZMEN
Gazi Hastanesi
S. Alkılan
09 311.063

09.02. Zeynep Akten.
09.02.2019
