

NORMAL KEMİK ÇİMENTOSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1.PMMA yapısında olmalıdır.
- 2.Powder 40 gramlık ambalajlarda,likid ürün ise 20 ml ampullerde olmalıdır.
- 3.Enjektör ile kullanıma uygun olmalıdır.
- 4.Hem sement şırıngası hem de elle kullanıma uygun olmalıdır.
- 5.Her paket toz ve likit olarak ayrı ayrı bileşim içermelidir.
- 6.Toz bileşim steril pakette,sıvı bileşim steril ampul içinde bulunmalıdır.
- 7.Powder paketi içeriği: 35.04 gr Polymethyl Methacrylate,0.96 gr Benzoyl Peroxide,4.00 gr Barium Sulfate Ph.Eur.
Likit ampul içeriğinde ise:19.76 ml Methyl Methacrylate,0.24 ml N,N dimethyl-p-toluidine,18-20 ppm Hydroquinone olmalıdır.
- 8.İki güvenlik paketi de steril olmalıdır.
- 9.Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 10.Çalışma süresi 8-10 dakika olmalıdır.
- 11.Ürünün CE belgesi olmalıdır.
- 12.Ürün orta viskozitede(akışkanlık) olmalıdır.

Sut Kodu: AP3220

Öğr. Gör. Dr. Baybars ATAÖZÜ
T.C. G.U. Gazı Hastanesi
Ortopedi Travmatoloji
Dip. No: 13276 Dip. Tes. No: 117179

Doç. Dr. Mehmet ESEN
T.C. G.U. Gazı Hastanesi
Ortopedi Travmatoloji
Dip. No: 1000456 Dip. Tes. No: 67938