

T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstem No : 60075 Döküm Tarihi : 12.04.2017
İstem Tarihi : 12.04.2017 00:00:00 Sayfa : 1
Açıklama : Hastanemiz Hematoloji Yoğunbakım Ünitesinde kullanılan defibrilatör cihazının anakart arızası vardır. Tamiri tarafımızca mümkün değildir.
Bölüm Kodu : S034
Bölüm Adı : TEKNİK İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İstem Şartname Listesi

Malzeme Kodu	Malzeme Adı	Miktar	Birimi
TM7592	SCHİLLER MARKA DEFİBRİLATÖR TAMİRİ	1.00	ADET

Şartname Kodu : 41298

SCHILLER MARKA DEFIGARD 5000 MODEL DEFİBRİLLATÖR TAMİR ŞARTNAMESİ

1. Hastanemiz Hematoloji Yoğunbakım Ünitesinde kullanılan marka ve modeli belirtilmiş cihazdır.
2. Teklif verecek firmaların cihaza arıza tespiti de bulunup teknik servis raporunu tıbbi cihaz birimine vermek zorundadırlar.
3. Cihazın parçası orijinal değişmelidir.
4. Tamir edilen cihaza 6 ay tamir garantisi verilecektir.
5. Teklif veren firmaların hizmet yeterlilik belgesi ve yetkili servis belgesini kuruma vermesi gereklidir.
6. Çalışır durumda teslim edilecektir.

Fatih AKBAL
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi

Fatih TAMER
T.C. Gazi Üniversitesi
Gazi Hastanesi
Uyomedikal Teknikeri