

J09-090808 – J09-090787

LARİNGOSKOP BLADE NO: 3 ve4 TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Laringoskop bladeleri paslanmaz çelikten üretilmiş konvansiyonel yapıda, her blade üzerinde lambası bulunan tip olmalıdır.
2. Bladeler, hastanemizdeki handle lara uyumlu olmalı, yerinden oynamamalı ve yerinden istemsiz çıkmamalıdır.
3. Blade üzerindeki ampüller mercekli yapıda olmalı ve odaklı ışık sağlamalıdır. Entübasyonu zorlaştırmamalıdır.
4. Blade üzerinde herhangi bir pin vida olmamalıdır. Blade komple yapıda olmalıdır.
5. Blade uc kısmı dokuya zararmemesi için yuvarlatılmış ve pürüzsüz olmalıdır.
6. Bladeler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve yüzeyi ışığı yansıtması için mat olmalıdır.
7. Bladeler 134°C buhar sterilizasyonuna gönderilebilmelidir.
8. Bladeler bölümdeki handlelere uyumlu No: 3 -4 Machintosh tip olmalıdır.
9. Ürüne ait CE belgesi ve UBB kaydı bulunmalıdır.

[Handwritten signature]
Prof. Dr. Ömer NURTEPEK
T.C. GÜ. T.F. Genel Hastanesi
ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON
Diploma No: 7881
Dip. Tescil No: 43444

[Handwritten signature]
Dr. Metin Akon
Dip No: 1476
[Handwritten signature]