



T.C.  
GAZİ ÜNİVERSİTESİ  
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  
TEKNİK ŞARTNAME

17/1351

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41284  
Düzenleme Tarihi : 11.04.2017

KOD : J06-066627 /  
MALZEME ADI : LİKİT BOŞALTMA VANASI (SIVI AZOT TANKI İÇİN)

SIVI AZOT DEPOLAMA TANKI SIVI BOŞALTMA/DOLDURMA VANASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Teklif edilecek yedek parça, birimimizde mevcut kullanılmakta olan Chart marka Eorucyl/ 180/4 model sıvı azot depolama tankına uyumlu olmalıdır.
- 2- Teklif edilecek yedek parça sıvı azota dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.
- 3- Teklif edilecek yedek parça kryojenik özelliğe sahip olmalıdır.
- 4- Teklif edilecek yedek parça tam tur dönebilme özelliğine sahip olmalıdır.
- 5- Teklif edilecek yedek parça cihazın bağlantılarına ve yapısına tam uyumlu olmalıdır.
- 6- Teklif veren marka monte işlemini yaparak çalışır durumda teknik servise tankı teslim etmelidir.
- 7- Teklif verecek firma yedek parçanın numunesini teknik servis oksijen odasına gösterebilir.

Hakan Kembe  
Oksijen Teknisyeni  
[Signature]

Doç.Dr. Zübeyde Nur ÖZKUK  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hastalıkları ve Hematoloji Uzmanı  
Dip.No: 11553 - Dip. Tıp No: 90502

Doç.Dr. Zeynep Aray YEGİN  
T.C. Gazi Üniversitesi  
Gazi Hastanesi  
İç Hast. A.B.D. Hematoloji A.B.D. Özy. Üyesi  
Dip.No:2244 - Dip. Tıp No: 99036

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN

İsmail SÖNER  
Basteknisyon Yardımcısı