



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 41399
Düzenleme Tarihi : 20.04.2017

KOD : J09-031165 /

MALZEME ADI : BAYONET ŞEKLİNDE 20 CM. LİK BİPOLAR UÇ.

NON STICK BİPOLAR FORCEPS VE TİP ŞARTNAMESİ

1. Teklif edilecek bipolar forceps ergonomik dizayna sahip olmalı ve kontrolü dengeli ve konforlu olmalıdır.
2. Teklif edilecek bipolar forceps dokuda optimum tahrif gerçekleştirmelidir.
3. Teklif edilecek bipolar forceps Boy, model, ve tip ölçüleri açısından zengin seçeneklere sahip olmalıdır .
4. Teklif edilecek bipolar forceps uçları bayonet guide stop tipinde olmalıdır.
5. Teklif edilecek bipolar forceps modelleri içinde değişik boy ve ebatlarda uç özelliği taşımali ve bu özellik katalog vs. ispatlanmalıdır.
6. Teklif edilecek bipolar forceps uçları kesinlikle yapışmaz özellikte olmalıdır.
7. Teklif edilecek bipolar forceps birçok bipolar cihaz ile birlikte çalışabilir özellikte olmalı ve değişik cihazlar için bağlantı kablolarının mevcudiyeti ispatlanmalıdır.
8. Teklif edilecek bipolar forceps tipleri gümüş alaşımli ve sağlam olmalıdır.
9. Teklif edilecek bipolar forceps tipleri ısıyı iyi iletmelidir.
10. Teklif edilecek bipolar forceps tipleri kaplama olmamalı tamamen orijinal gümüş alaşımli olmalıdır.
11. Her bipolar forceps için üreticisi tarafından üretilmiş ve verilen bipolar forcepse uygun 1 adet silikon bipolar kablosu teklife dahil edilmelidir. Kablolar otoklavda steril edilebilmelidir.
12. Teklif edilecek bipolar forceps gövdesi paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
13. Teklif edilecek bipolar forceps ve tipleri reusable olmalı ve steril edilebilmelidir.
14. Numuneler denendikten sonra nihai karar verilecektir.
15. Tekliffe her forceps için 1 er adet sterilizasyon ve uç koruma amaçlı orijinal tip guard verilmelidir.
16. Teklif edilecek bipolar forceps ve tipleri boyut ve özellikleri aşağıdaki gibi olmalıdır. Uygun olan boyutu klinik seçecektir.
17. Teklif edilen forsepsler denenecek, nihai karar demodan sonra verilecek, uygun görülmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

FORCEPS UZUNLUĞU VE MODEL İTİP BOYUTU

- 19 cm bayonet guide stop 1.0 mm (15 adet)
19 cm bayonet guide stop 1.2 mm (5 adet)
19 cm bayonet guide stop 0.7 mm (5 adet)

HAZIRLAYANLAR

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No:11237 / Dip.Tes. No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÜZLU
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak Burun Boğaz
Dip.No: 061392-062 / Dip.Tes. No: 127941

ONAYLAYAN



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
TEKNİK ŞARTNAME

İSTEĞİ YAPAN BİRİM

Şartname Numarası : 40568
Düzenleme Tarihi : 20.04.2017

KOD : J01-014921 /

MALZEME ADI : OR4410 SPONGOSTAN STANDART.

EMİLEBİLEN JELATİN SPONGE (SPONGOSTAN) TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hemostatik absorbe olabilen jelatinden yapılmış olmalıdır, vücut içinde bırakılabilmelidir
2. Genellikle 4-6 hafta içerisinde absorbe olmalı, 2-5 gün içerisinde mukozada jelleşebilmelidir
3. Malzeme 70x50x10 mm boyutta olmalıdır
4. Ameliyat esnasında cerrahi alet ve eldivenlere yapışmamalıdır.
5. Paket üzerinden ürün sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır. Paketler sterilizasyon tekniğine uygun ve kolay açılabilir olmalıdır.
6. Ürün en az 12 ay raf ömrü ile teslim edilmelidir. Son 3 ay kala yeni ürünlerle değiştirilmelidir
7. Teklif edilen malzeme T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış, Ulusal Bilgi Bankası koduna sahip olmalıdır.
8. Teklif edilen üründen en az bir adet numune ihale esnasında sunulmalıdır.

HAZIRLAYANLAR

Yrd. Doç. Dr. Recep KARAMERT
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak/Burun/Boğaz
Dip.No: 06-392-062 Dip.Tes. No: 129572

Yrd. Doç. Dr. Mehmet DÜZLÜ
T.C.G.Ü.T.F. Gazi Hastanesi
Kulak/Burun/Boğaz
Dip.No: 06-392-062 Dip.Tes. No: 127941

ONAYLAYAN