



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

MAGNETİK REZONANS OTOMATİK ENJEKTÖRÜ İÇİN BOŞ ŞIRINGA SETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Boş şiringalar Mallinckrodt Marka Optistar Model otomatik enjektör cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2- MR çekimlerinde hastaya kontrast madde veya serum fizyolojik verilmek amacıyla kullanılmalıdır.
- 3- Boş şiringalar ve spiral bağlantı hattı 200 psi basınca dayanıklı olmalıdır.
- 4- Steril paket içerisinde 2 adet 60 ml boş şiringa, 230 cm uzunluğunda Y tipi spiral hasta bağlantı hattı ve 2 adet şiringa doldurma ucu bulunmalıdır.
- 5- Sarf malzemeler otomatik enjektörü üreten firma tarafından bu cihazda kullanılabilir onayına sahip olmalıdır.
- 6- Latex içermemelidir.
- 7- Boş şiringaların miadı 1 yıldan az olmamalıdır.
- 8- 3 adet kontrol numunesi olmalıdır.

Prof. Dr. Yusuf ÖNER
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan T. ILGIT
Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanı



T.C.
GAZİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Tıp Fakültesi Dekanlığı
Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı
Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı

MEDİKAL YAZDIRILABİLİR ÖZELLİKLİ CD TEKNİK ŞARTNAMESİ

J01-01C119

1. CD ler Kurumumuzda bulunan RIMAGE 2000İ MARKA/MODEL CD robot ile sorunsuz olarak çalışabilecek medikal özellikte olacaktır.
2. CD ler 48 X yazma hızına ulaşabilmelidir.
3. CD ler en az 700 MB kapasiteye sahip olmalıdır.
4. CD ler ink-jet printable özellikte olmalıdır.
5. CD lerin tüm yüzeyi basılabilir olmalıdır.
6. CD ler en az 50 yıl boyunca hasta bilgilerini saklayabilecek kalitede olmalıdır.
7. CD lerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
8. Yüklenici firma kullanıma uygun olmayan, hatalı ve bozuk oldukları tespit edilen CD leri yenileri ile ücretsiz olarak değiştirmeyi taahhüt edecektir.
9. Yüklenici firma CD robotlarda CD lerin kullanımından kaynaklanabilecek sorunların giderilmesiyle yükümlü olacaktır ve ayrıca CD Robot cihazında meydana gelebilecek arızalara profesyonel düzeyde müdahale edebileceğini gösteren yetki belgesine sahip olmalı ve bu yükümlülük için taahhünameyi ve yetki belgesini teklif dosyasına ekleyecektir.
10. CD ler ile birlikte aynı miktarda bir yüzü şeffaf CD zarfı verilecektir.

Prof. Dr. Nil TOKGÖZ
Radyoloji Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Erhan İLGİT
Radyoloji Anabilim Dalı
Başkanı